



WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-20/17 na dostawę:

„Łóżek i szafek przyłóżkowych”

Pytanie nr 1 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4-sekcyjnym wypełnionym panelami tworzywowymi (po jednym panelu w każdym segmencie) łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem 4-sekcyjnym wypełnionym panelami tworzywowymi (po jednym panelu w każdym segmencie) łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy.

Pytanie nr 2 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki dzielone, tworzywowe, składane poniżej poziomu materaca, niewystające poza wymiary wyznaczone przez krążki odbojowe-ochronne łóżka, odblokowywane i opuszczane jedną ręką, za pomocą klamki niedostępnej dla pacjenta?

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w barierki dzielone, tworzywowe, składane poniżej poziomu materaca, niewystające poza wymiary wyznaczone przez krążki odbojowe-ochronne łóżka, odblokowywane i opuszczane jedną ręką, za pomocą klamki niedostępnej dla pacjenta.

Pytanie nr 3 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są w dwóch ruchach, tj. ściśnięcie ze sobą 2 elementów blokady barierki, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie barierki?

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w barierki boczne, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są w dwóch ruchach.

Pytanie nr 4 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot bez możliwości podświetlenia przycisków?

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w pilot bez możliwości podświetlenia przycisków.

Pytanie nr 5 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem aktywacji tylko na panelu dla personelu?

Odpowiedź nr 5

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z przyciskiem aktywacji tylko na panelu dla personelu.

Pytanie nr 6 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym naciśnięcie przycisku aktywacji na panelu sterowania aktywuje panel sterowania? W oferowanym łóżku pilot jest aktywny cały czas.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wyposażonymi w mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, składane jedną ręką?

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z barierkami bocznymi wyposażonymi w mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, składane jedną ręką.

Pytanie nr 8 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej 420 mm?

Odpowiedź nr 8

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki o szerokości całkowitej 420 mm.

Pytanie nr 9 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości całkowitej 450 mm?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę o głębokości całkowitej 450 mm.

Pytanie nr 10 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów i zsuwaniem przedmiotów?

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowe z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów i zsuwaniem przedmiotów.

Pytanie nr 11 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi malowanymi proszkowo?

Odpowiedź nr 11

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi malowanymi proszkowo.

Pytanie nr 12 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi krawędziami z tworzywa ABS?

Odpowiedź nr 12

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi krawędziami z tworzywa ABS?

Pytanie nr 13 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metalowy reling służący do transportu szafki?

Odpowiedź nr 13

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki wyposażonej w tylnej części w metalowy reling służący do transportu szafki.

Pytanie nr 14 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z komorą szafki podzieloną metalową półką?

Odpowiedź nr 14

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z komorą szafki podzieloną metalową półką.

Pytanie nr 15 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z komorą szafki podzieloną niewyciąganą półką?

Odpowiedź nr 15

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z komorą szafki podzieloną niewyciąganą półką.

Pytanie nr 16 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną komorą o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź nr 16

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną komorą o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron.

Pytanie nr 17 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający wymaga szafkę przyłóżkową z wnętrzem szafki wyposażonym w miejsce na min. 3 butelkę o pojemności 1,5 l?

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 18 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm?

Odpowiedź nr 18

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm.

Pytanie nr 19 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwaniem blatem bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

Odpowiedź nr 19

Podany zakres mieści się w wymaganym zakresie od 700 do 1100 mm.

Pytanie nr 20 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwaniem blatem bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm?

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm.

Pytanie nr 21 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwaniem blatem bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów i zsuwaniem przedmiotów?

Odpowiedź nr 21

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów i zsuwaniem przedmiotów.

Pytanie nr 22 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwaniem blatem bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi malowanymi proszkowo?

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi malowanymi proszkowo.

Pytanie nr 23 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwaniem blatem bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi krawędziami z tworzywa ABS?

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi krawędziami z tworzywa ABS?

Pytanie nr 24 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwaniem blatem bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metalowy reling służący do transportu szafki?

Odpowiedź nr 24

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki wyposażonej w tylnej części w metalowy reling służący do transportu szafki.

Pytanie nr 25 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwaniem blatem bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną komora o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź nr 25

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną komora o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron.

Pytanie nr 26 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka o wymiarach zewnętrznych 1000 x 510 x 950 mm?

Odpowiedź nr 26

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka dla noworodka o wymiarach zewnętrznych 1000 x 510 x 950 mm.

Pytanie nr 27 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka o wymiarach wewnętrznych kojca 750 x 400 x 210 mm?

Odpowiedź nr 27

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka dla noworodka o wymiarach wewnętrznych kojca 750 x 400 x 210 mm?

Pytanie nr 28 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka z materacem o wymiarach 740 x 390 x 40 mm?

Odpowiedź nr 28

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka ze szkieletem wykonanym z metalu lakierowanego proszkowo?

Odpowiedź nr 29

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka wyposażony w koła o średnicy 65 mm?

Odpowiedź nr 30

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka bez możliwości najazdu stelaża w stelaż?

Odpowiedź nr 31

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka dla noworodka bez możliwości najazdu stelaża w stelaż.

Pytanie nr 32 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne o długości leża 191cm z możliwością jej przedłużenia do 202 i 214cm?

Rozwiązanie jest równoważne z wymaganym przez zamawiającego. Dodatkowo leże łóżka wyposażone jest w panel uzupełniający przestrzeń powstałą w skutek przedłużenia leża, co zabezpiecza materac przed zapadaniem się.

Odpowiedź nr 32

Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko szpitalne o długości leża 191cm z możliwością jej przedłużenia do 202 i 214 cm.

Pytanie nr 33 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, w którym regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża to $0-62^{\circ}$ a segmentu uda $0-20^{\circ}$?

Proponowana regulacja jest wystarczającą do osiągnięcia pozycji wygodnej i bezpieczniejszej dla pacjenta. Wraz z regulacją kolejnych segmentów ograniczenie pochylenia uniemożliwia zbyt duże zgięcie pacjenta prowadzące do ułożenia pacjenta w pozycji utrudniającej oddychanie.

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko, w którym regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża to $0-62^{\circ}$. Zamawiający dopuszcza łóżka w którym segment uda to $0-20^{\circ}$.

Pytanie nr 34 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga to $0-12^{\circ}$ [-12° do $+12^{\circ}$]?

Nie ma klinicznych podstaw, aby stwierdzić, że przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie wyższym niż 12° jest bardziej skuteczny w terapii pacjenta. Określanie, jako wymagane wyższego zakresu regulacji jest sposobem producentów sprzętu na wykluczenie rozwiązań konkurencyjnych z postępowania i nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź nr 34

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga to $0-12^{\circ}$ [-12° do $+12^{\circ}$].

Pytanie nr 35 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, którego leże wypełnione jest czterem tworzywowymi, odejmovanymi bez użycia narzędzi, tworzywowymi panelami?

Panele leża są specjalnie profilowane, co umożliwia lepsze pozycjonowanie pacjenta w łóżku oraz zmniejszenie nacisku na ciało pacjenta. Panele łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Dodatkowy panel zabezpieczający materac przed zapadaniem się po przedłużeniu leża.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy łóżko, którego leże wypełnione jest czterem tworzywowymi, odejmovanymi bez użycia narzędzi, tworzywowymi panelami.

Pytanie nr 36 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, w którym panele leża są blokowane przy pomocy zatrzasków sprężynowych?

Zatrzaski zawsze w pozycji zablokowanej, w razie konieczności wyjęcia paneli, należy odciągnąć zatrzaski i wysunąć panel. Proponowane rozwiązanie chroni przed przypadkowym wyjęciem paneli, w momencie, kiedy blokady znajdują się w pozycji „odblokowane”.

Odpowiedź nr 36

Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko, w którym panele leża są blokowane przy pomocy zatrzasków sprężynowych.

Pytanie nr 37 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w tworzywowe, pojedyncze koła o średnicy 125 mm?

Centralna oraz kierunkowa blokada kół może być uruchamiana za pomocą dźwigni zlokalizowanych przy wszystkich kołach. Większa średnica kół zapewnia lepsze prowadzenie łóżek. Minimalna wysokość platformy materaca przy proponowanych kołach to 32cm, co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź nr 37

Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko wyposażone w tworzywowe, pojedyncze koła o średnicy 125 mm.

Pytanie nr 38 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w barierki, których blokady zlokalizowane są w ich dolnej części od strony nóg pacjenta? Bariierka blokowana jest poprzez oznaczony zatrzask sprężynowy, dzięki czemu opuszczenie bariery następuje w dwóch ruchach.

Umieszczenie blokady w takim miejscu uniemożliwia pacjentowi samowolne opuszczenie bariery, a w momencie potrzeby pozwala na szybką reakcję personelowi medycznemu.

Odpowiedź nr 38

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w barierki, których blokady zlokalizowane są w ich dolnej części od strony nóg pacjenta.

Pytanie nr 39 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w dwa panele sterowania?

Jeden panel dla personelu z subtelnie podświetlonymi przyciskami umożliwiającą pełną regulację funkcji łóżka oraz ich blokadę. Drugi panel pacjenta z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być zablokowane z panelu personelu. Oba panele wyposażone w uchwyty do powieszenia na barierce lub szczycie łóżka.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia panelu sterowania w przycisk STOP (lub inny)?

Jest to rozwiązanie stosowane przez ograniczoną ilość producentów łóżek, co może doprowadzić do uniemożliwienia stanięcia do postępowania konkurencji.

Odpowiedź nr 40

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia pilota w dodatkowy przycisk aktywujący funkcje regulacyjne?

Oferowane rozwiązanie wyposażone jest w selektywną lub całkowitą blokadę funkcji, co uniemożliwia osobom trzecim samowolną regulację bez wiedzy personelu. Dodatkowy przycisk aktywacyjny oferowany jest przez ograniczoną ilość producentów łóżek, co może doprowadzić do uniemożliwienia stanięcia do postępowania konkurencji.

Odpowiedź nr 41

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 – Część 1 I - łóżka szpitalne

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu określającego umiejscowienie mechanizmu blokady barierki w jej górnej części?

W przypadku łóżek elektrycznych personel dysponuje możliwością zmiany wysokości całego łóżka (w tym barierki), dzięki czemu każdy może unieść/opuścić łóżko tak, aby regulacja barierki była wygodna i bezpieczna. Rozwiązanie, w którym mechanizm zwalania barierki umieszczony jest w jej górnej części ułatwia dostęp i samowolne opuszczenie barierki pacjentowi, co może być niebezpieczne dla pacjenta. Dodatkowo mechanizm zwalniania blokady w górnej części łóżka to cecha łóżka jednego z producentów, co może doprowadzić do uniemożliwienia stanięcia do postępowania konkurencji.

Odpowiedź nr 42

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 475mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego przez zamawiającego.

Odpowiedź nr 43

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o głębokości 475mm.

Pytanie nr 44 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 740mm? Oferowana wartość nie uwzględnia wysokości relingów umieszczonych na górnym blacie szafki.

Odpowiedź nr 44

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wysokości 740 mm.

Pytanie nr 45 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe

Czy zamawiający dopuści szafkę, w której zamiast relingu na bocznej ścianie znajduje się wieszak na ręcznik pacjenta?

Odpowiedź nr 45

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki, w której zamiast relingu na bocznej ścianie znajduje się wieszak na ręcznik pacjenta.

Pytanie nr 46 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe

Czy zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowego miejsca na „papcie” / butelki wody z boku szafki? W oferowanym rozwiązaniu skupiono się na praktyczności i łatwości czyszczenia poszczególnych elementów. Dodatkowe zewnętrzne elementy (tak jak np. wskazane miejsce przechowywania wody) mogą utrudnić dokładne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni szafki.

Odpowiedź nr 46

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe

Czy zamawiający dopuści szafkę na 4 kołach o średnicy 60mm? Reszta parametrów zgodna z wymaganiami zamawiającego. Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do wygodnego i bezpiecznego przemieszczania szafki.

Odpowiedź nr 47

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę na 4 kołach o średnicy 60mm. Reszta parametrów zgodna z wymaganiami zamawiającego.

Pytanie nr 48 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe

Czy zamawiający wyłączy szafki przyłóżkowe do pakietu oddzielnego od łóżek elektrycznych?

Odpowiedź nr 48

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie 49 Część 1 III - szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem bocznym

Czy zamawiający wyłączy szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem bocznym od oddzielnego pakietu?

Odpowiedź nr 49

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie 50 Część 1 III - szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem bocznym

Czy zamawiający zrezygnuje z szafek z wysuwanym blatem, a wyrazi zgodę na dostawę kolejnych 10 szt. opisanych w części II?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 Dostawa i gwarancja

Czy zamawiający zmieni termin dostawy sprzętu na 8 tygodni od dnia podpisania umowy / wpłynięcia zamówienia?

Odpowiedź nr 51

Nie, Zamawiający nie zmieni terminu dostawy sprzętu na 8 tygodni od dnia podpisania umowy / wpłynięcia zamówienia.

Pytanie nr 52 Dostawa i gwarancja

Prosimy o doprecyzowanie czy w §5 pkt. 5 zamawiający ma na myśli usługi objęte gwarancją (przebiegi okresowe) i naprawy usterek powstałych bez winy zamawiającego, użytkownika. Awarie i uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub siły wyższej nie są objęte gwarancją producenta.

Odpowiedź nr 52

Zamawiający ma na myśli usługi objęte gwarancją (przebiegi okresowe) i naprawy wszystkich usterek niezależnie od przyczyny uszkodzenia.

Pytanie nr 53 Dostawa i gwarancja

Prosimy o doprecyzowanie czy czas określony w §5 pkt. 7 dotyczy dni pracujących czy kalendarzowych? Prosimy o zmianę zapisu określającej czas reakcji na 48h.

Odpowiedź nr 53

Czas określony w §5 pkt. 7 dotyczy dni kalendarzowych. Czas reakcji zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 54 Dostawa i gwarancja

Czy zamawiający przedłuży czas określony w §5 pkt. 9 na 10 dni roboczych dla części sprowadzanych spoza terenu UE?

Odpowiedź nr 54

Nie, zamawiający nie przedłuży czasu określonego w §5 pkt. 9 na 10 dni roboczych dla części sprowadzanych spoza terenu UE.

Pytanie nr 55 Dostawa i gwarancja

Czy zamawiający?

Odpowiedź nr 55

Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Pytanie nr 56 SIWZ

Jaki dokument, określony, jako certyfikat zgodności określony w rozdziale VI, §2, pkt. 1b Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź nr 56

Zamawiający ma na myśli certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 57 SIWZ

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia atestu potwierdzającego, iż wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopia stosowanego atestu np. PZH)?

Oferowane rozwiązania posiadają wszystkie niezbędne dokumenty wymagane prawem do stosowania ich w jednostkach służby zdrowia.

Odpowiedź nr 57

Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia atestu potwierdzającego, iż wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

Pytanie nr 58 Załącznik nr 6 do SIWZ, Część 1 – elektryczne łóżko szpitalne – 32 sztuki.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżka szpitalne o następujących parametrach (parametry oferowanych łóżek odpowiadają wymaganiom sprzętowym stawianym na oddziałach ginekologiczno-położniczych, a dopuszczenie do udziału większej ilości Wykonawców wpłynie na obniżenie oferowanych cen):

- Konstrukcja łóżka pantografowa
- Wymiary leża 201 cm x 85 cm bez funkcji przedłużania leża
- Dwa otwory (w narożnikach od strony od głowy pacjenta) do montażu wyposażenia dodatkowego
- Elektryczna regulacja następujących funkcji z pilota przewodowego: wysokość leża, regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu ud, regulacja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, funkcja autokontur
- Zasilanie 230 V, 50 Hz, bez sygnalizacji włączenia do sieci
- Bez funkcji CPR segmentu pleców
- Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie 315 mm do 800 mm
- Regulacja elektryczna pleców od 0 do 740
- Regulacja elektryczna uda od 0 do 270
- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 180
- Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 150
- Leże podzielone na 4 segmenty, z 3 segmentami ruchomymi
- Leże wypełnione metalowymi listwami (lamelami) zamontowanymi na stałe
- Bez funkcji autoregresji
- Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane w formie jednoczęściowych paneli tworzywowych z kolorową wkładką (kolor do uzgodnienia). Szczyty wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Szczyty bez możliwości zablokowania przed wyjęciem.
- Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm , wszystkie koła z indywidualną blokadą, brak koła kierunkowego
- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 215 kg (z czego waga pacjenta do 178 kg)
- Łóżko z widoczną tabliczką, naklejką z informacją o dopuszczalnym obciążeniu roboczym
- Możliwość montażu do ramy łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, wieszaków na worki moczowe
- Poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Mechanizm zwalniania poręczy w dolnej części poręczy, składanie poręczy przy użyciu dwóch rąk
- Łóżko wyposażone w przewodowy pilot bez podświetlenia przycisków, brak przycisku aktywacji

- Brak centralnego panelu sterowania (brak funkcji opisanych w punktach 20-25 tabeli)
- Brak systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łożka w wyniku przeciążenia
- Wyposażenie łożka: materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym, grubość materaca 15 cm, ten sam producent łożka i materaca, materac dostosowany wymiarowo do łożka, poręcze boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy łożka, wieszak kroplówki, wieszaki na worki moczowe.

Odpowiedź nr 58

Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 59 Załącznik nr 6 do SIWZ, Część 1 – szafki przyłóżkowe – 30 sztuk.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o następujących parametrach (parametry oferowanych szafek odpowiadają wymaganiom sprzętowym stawianym na oddziałach ginekologiczno-położniczych, a dopuszczenie do udziału większej ilości Wykonawców wpłynie na obniżenie oferowanych cen):

- Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia
- Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV
- Szerokość całkowita: 510 mm
- Głębokość całkowita: 390 mm
- Wysokość całkowita: 860 mm
- Błat wykonany z tworzywa ABS
- Fronty szuflady i drzwiczki skrzynki szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
- Błat profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę
- Wkład boczny wykonany z tworzywa – miejsce na rzeczy pacjenta
- Chromowane pręty zabezpieczające przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie
- Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.
- Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
- Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
- Pomiedzy górną szufladą a dolną skrzynką wolna przestrzeń np. na prasę, dostęp z obu stron
- Szafka przejezdna, wyposażona w cztery koła, dwa koła z blokadą
- Możliwość wyboru kolorów drzwiczek oraz frontu szuflady
- Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne

Odpowiedź nr 59

Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 60 Załącznik nr 6 do SIWZ, Część 1 – szafki przyłóżkowe z wysuwaniem białem bocznym – 10 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z wysuwaniem białem bocznym o następujących parametrach (parametry oferowanych szafek odpowiadają wymaganiom sprzętowym stawianym na oddziałach ginekologiczno-położniczych, a dopuszczenie do udziału większej ilości Wykonawców wpłynie na obniżenie oferowanych cen):

- Szafka z możliwością dostawiania do łożka po lewej lub prawej stronie
- Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia
- Szerokość: 510 mm

- Głębokość: 390 mm
- Wysokość blatu głównego: 860 mm
- Dodatkowy blat boczny wykonany z tworzywa ABS, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości w zakresie 760 – 1060mm i kąta nachylenia
- Szafka przejezdna, wyposażona w cztery koła, dwa koła z blokadą
- Możliwość wyboru kolorów drzwiczek oraz frontu szuflady
- Blaty główny oraz boczny wykonane z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odporne na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę
- Fronty szuflady i drzwiczki skrzynki szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
- Blaty główny oraz boczny profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę
- Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.
- Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
- Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
- Pomiedzy górną szufladą a dolną skrzynką wolna przestrzeń np. na prasę, dostęp z obu stron
- Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV
- Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne

Odpowiedź nr 60

Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 61 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydłużył czas reakcji serwisu wskazany w §5 ustęp 7 z 24 do 48 godzin od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną?

Odpowiedź nr 61

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu wskazany w §5 ustęp 7 będzie liczony tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający informuję, że czas reakcji serwisu będzie liczony od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Pytanie nr 63 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydłużył termin skutecznej naprawy wskazany w §5 ustęp 9a z 2 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) ?

Odpowiedź nr 63

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydłużył termin skutecznej naprawy wskazany w §5 ustęp 9b z 5 do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) ?

Odpowiedź 64

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydłużył termin skutecznej naprawy wskazany w §5 ustęp 9c z 7 do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) ?

Odpowiedź 65

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmienił zapis z §5 ustęp 13 na: „W przypadku 3 – krotnie powtarzającej się istotnej usterki, wadliwy element urządzenia zostanie wymieniony na nowy (zgodnie z przedmiotem zamówienia, wolny od wad) na własny koszt w terminie 30 dni od daty wystawienia karty pracy; elementy drobne wymieniane są każdorazowo” ?

Odpowiedź 66

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmienił zapis z §8 ustęp 2.1.a) na: „występującego w terminie oddania urządzenia do eksploatacji, określonym w § 4 ust. 4 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % wartości brutto tej części przedmiotu umowy, której dotyczy opóźnienie” ?

Odpowiedź 67

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmienił zapis z §8 ustęp 2.1.b) na: „występującego w terminie określonym w § 5 ust. 7 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % wartości brutto tej części przedmiotu umowy, której dotyczy opóźnienie”

Odpowiedź nr 68

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmienił zapis z §8 ustęp 2.1.c) na: „występującego w terminie naprawy, określonym w § 5 ust. 9 umowy, oraz w § 5 ust. 10 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % wartości brutto tej części przedmiotu umowy, której dotyczy opóźnienie” ?

Odpowiedź nr 69

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmienił zapis z §8 ustęp 2.1.d) na: „występującego w terminie dostawy, określonym w § 5 ust. 13 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % wartości brutto tej części przedmiotu umowy, której dotyczy opóźnienie” ?

Odpowiedź nr 70

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszył kary umowne wskazane w §8 ustęp 2.2 z 0,2% do 0,1% ceny brutto?

Odpowiedź nr 71

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Odpowiedź nr 72

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka ze szczytami bez blokady na czas transportu.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych płaskowników lakierowanych proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl?

Odpowiedź nr 73

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z metalowych płaskowników lakierowanych proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez informacji o podłączeniu do gniazdka?

Odpowiedź nr 74

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez informacji o podłączeniu do gniazdka.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź nr 75

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu - segmenty leża: plecy, udo, podudzie, siedzisko – po jednym panelu z polipropylenu w każdym segmencie, z najcięższym panelem o wadze 2,25 kg?

Odpowiedź nr 76

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu - segmenty leża: plecy, udo, podudzie, siedzisko – po jednym panelu z polipropylenu w każdym segmencie, z najcięższym panelem o wadze 2,25 kg

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryfłowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź nr 77

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 79

Nie, Zamawiający nie dopuści 6 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot bez podświetlanych przycisków?

Odpowiedź nr 80

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w pilot bez podświetlanych przycisków.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym bez 3 stref kolorystycznych, co w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowych łóżka?

Odpowiedź nr 81

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z panelem centralnym bez 3 stref kolorystycznych.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwiękowym wskaźnikiem na pilocie informującym o zablokowanej funkcji?

Odpowiedź nr 82

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z dźwiękowym wskaźnikiem na pilocie informującym o zablokowanej funkcji.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością użycia przycisku świadomego użycia w przypadku kiedy dana funkcja jest zablokowana? Przycisk taki dostępny jest tylko na panelu centralnym.

Odpowiedź nr 83

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z możliwością użycia przycisku świadomego użycia w przypadku kiedy dana funkcja jest zablokowana – Przycisk taki dostępny jest tylko na panelu centralnym.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechanizmem odblokowywania barierek bocznej znajdującej się w jej dolnej części?

Odpowiedź nr 84

Zgodnie z odpowiedzią nr 7.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach? Aktywacja danej funkcji działa poprzez przytrzymanie danego piktogramu na pilocie lub panelu i odłączenie regulacji jest w tym przypadku zbędne a może jedynie ograniczać konkurencję.

Odpowiedź nr 85

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający zrezygnuje z przycisku bezpieczeństwa STOP? Aktywacja danej funkcji działa poprzez przytrzymanie danego piktogramu na pilocie lub panelu a jego puszczenie spowoduje zatrzymanie funkcji, dlatego przycisk bezpieczeństwa jest zbędny a może jedynie ograniczać konkurencję.

Odpowiedź nr 87

Zgodnie z odpowiedzią nr 40.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach zewnętrznych: szerokość 512 mm, głębokość 430 mm, wysokość 860 mm?

Odpowiedź nr 87

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach zewnętrznych: szerokość 512 mm, głębokość 430 mm, wysokość 860 mm

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z drzwiczkami i frontami szuflad metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź nr 88

Zgodnie z odpowiedzią nr 11.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, z blatem głównym wyposażonym w jeden reling oraz dwie listwy ochronne?

Odpowiedź nr 89

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, z blatem głównym wyposażonym w jeden reling oraz dwie listwy ochronne.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, z uchwytem na ręczniki, na relingu znajdującym się na blacie głównym, umieszczonym wzdłuż bocznej ścianki?

Odpowiedź nr 90

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, z uchwytem na ręczniki, na relingu znajdującym się na blacie głównym, umieszczonym wzdłuż bocznej ścianki.

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, z komorą przedzieloną wyciąganą metalową półką?

Odpowiedź nr 91

Zgodnie z odpowiedzią nr 14.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, gdzie pomiędzy górną szufladą, a dolną komorą znajduje się wolna przestrzeń o wysokości 17,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź nr 92

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, gdzie pomiędzy górną szufladą, a dolną komorą znajduje się wolna przestrzeń o wysokości 17,5 cm.

Pytanie nr 93

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez kosza na kaptcie?

Odpowiedź nr 93

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej bez kosza na kaptcie.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź nr 94

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w koła o średnicy 50 mm.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie 760-1060 mm?

Odpowiedź nr 95

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie 760-1060 mm.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, z blokadą kół znajdującą się bezpośrednio przy kółkach?

Odpowiedź nr 96

Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, z blokadą kół znajdującą się bezpośrednio przy kółkach

Pytanie nr 97 SIWZ – Rozdział VI, punkt 5.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach Części nr 1 (łóżka i szafki) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia? Takie potwierdzenie stanowi dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Deklaracja Zgodności.

Odpowiedź nr 97

Zgodnie z odpowiedzią nr 57.

Pytanie nr 98 SIWZ – Rozdział VI, punkt 5.

Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach Części nr 1 (łóżka i szafki), złożył na wezwanie Zamawiającego Certyfikaty potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli (lakier, tworzywo) wydane przez producentów zastosowanego lakieru oraz tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 98

Tak, Zamawiający dopuści, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach Części nr 1 (łóżka i szafki), złożył na wezwanie Zamawiającego Certyfikaty potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli (lakier, tworzywo) wydane przez producentów zastosowanego lakieru oraz tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 99 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

Odpowiedź nr 99

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci.

Pytanie nr 100 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź nr 100

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm.

Pytanie nr 101 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami z siatki, mocowanymi na stałe – jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź nr 101

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania łóżka szpitalnego posiadającego leże 4 segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami z siatki, mocowanymi na stałe – jeden panel na każdy segment leża.

Pytanie nr 102 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji – jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź nr 102

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji – jeden panel na każdy segment leża

Pytanie nr 103 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź nr 103

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe.

Pytanie nr 104 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami o wadze pojedynczego panelu przekraczającej wartość 1 kg?

Odpowiedź nr 104

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami o wadze pojedynczego panelu przekraczającej wartość 1 kg, jednak nie więcej niż 2,5 kg.

Pytanie nr 105 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego?

Odpowiedź nr 105

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka bez systemu teleskopowego.

Pytanie nr 106 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu?

Odpowiedź nr 106

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu.

Pytanie nr 107 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu tym samym bez graficznej informacji o zablokowanych/odblokowanych szczytach?

Odpowiedź nr 107

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając do nich z każdej strony łóżka?

Odpowiedź nr 108

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając do nich z każdej strony łóżka.

Pytanie nr 109 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła w obudowie tworzywowej?

Odpowiedź nr 109

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła w obudowie tworzywowej.

Pytanie nr 110 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciążenie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża, bez potrzeby jej podnoszenia?

Odpowiedź nr 110

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot z czytelnymi piktogramami dla każdej funkcji, bez funkcji podświetlanych przycisków?

Odpowiedź nr 111

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wymóg zawarty w punkcie nr 20 tabeli technicznej mówiący o możliwości uzyskania pozycji antyszokowej, krzesła kardiologicznego oraz pozycji CPR, dotyczy możliwości uzyskania tych funkcji tylko z centralnego panelu sterowania?

Odpowiedź nr 112

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel sterowania z czytelnymi piktogramami z wyróżnionymi kolorystycznie pozycjami antyszokowa oraz CPR, bez podziału na pola o różnej kolorystyce?

Odpowiedź nr 113

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel sterowania z zabezpieczeniem użycia funkcji krzesła kardiologicznego poprzez konieczność użycia przycisku aktywującego tą funkcji a następnie wybranie przycisku realizującą funkcję, bez możliwości jej zablokowania poprzez np. pokrętło?

Odpowiedź nr 114

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie nr 115 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający specjalne piktogramy z pokrętkami wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych łóżka, zamiast rozwiązania opisanego w SIWZ? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność, przy zastosowaniu np. tylko diod - w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić stanu blokady.

Odpowiedź nr 115

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie nr 116 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?

Odpowiedź nr 116

Zgodnie z odpowiedzią nr 40.

Pytanie nr 117 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem poprzez konieczność podniesienia pokrywy zabezpieczającej pulpitu a następnie wciśnięcie przycisku uruchamiającego wybraną funkcję? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.

Odpowiedź nr 117

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?

Odpowiedź nr 118

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie nr 119 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręczę boczne z mechanizmem do ich składania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy, na ergonomicznej wysokości, umożliwiającej jednocześnie składanie poręczy za pomocą jednej ręki?

Odpowiedź nr 119

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie nr 120 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko szpitalne

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materaca szpitalnego tego samego producenta co łóżka, wymóg ten należy traktować jako nadmierny, uniemożliwiający złożenie

oferty Wykonawcom będącymi np. producentami łóżek i dystrybutorami materacy szpitalnych. Wymóg określony w punkcie 28 tabeli Zestawienie parametrów wymaganych jest restrykcyjny i znacząco ogranicza określoną w art. 7 ust. 1 ustawy PZP zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie dopuszczenie wykonawców nie mających w swojej ofercie produkcyjnej materacy wpłynie bezpośrednio na wysokość cen oferowanych wyrobów, natomiast nie musi wpłynąć na jakość oferowanych wyrobów.

Odpowiedź nr 120

Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania materaca szpitalnego tego samego producenta co łóżka.

Pytanie nr 121 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm?

Odpowiedź nr 121

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm.

Pytanie nr 122 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm?

Odpowiedź nr 122

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 840 mm.

Pytanie nr 123 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki z boku szafki?

Odpowiedź nr 123

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki z boku szafki.

Pytanie nr 124 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm oraz 870 mm wraz z relingami?

Odpowiedź nr 124

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm oraz 870 mm wraz z relingami?

Pytanie nr 125 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą fronty szuflady i drzwi komory wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze wybranym przez Zamawiającego, odporne na wysoką temperaturę oraz środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź nr 125

Zgodnie z odpowiedzią nr 11.

Pytanie nr 126 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat nie posiada krawędzi zabezpieczonych tworzywowymi listwami?

Odpowiedź nr 126

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie nr 127 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź nr 127

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowej z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych.

Pytanie nr 128 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z komorą szafki podzieloną wyciąganą metalową półką?

Odpowiedź nr 128

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z komorą szafki podzieloną wyciąganą metalową półką.

Pytanie nr 129 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm?

Odpowiedź nr 129

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm

Pytanie nr 130 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą z boku wyprofilowane miejsce na dwie butelki z wodą oraz miejsce na papcie lub inne rzeczy pacjenta, zamiast kosza?

Odpowiedź nr 130

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą z boku wyprofilowane miejsce na dwie butelki z wodą oraz miejsce na papcie lub inne rzeczy pacjenta, zamiast kosza.

Pytanie nr 131 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź nr 131

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy 50 mm.

Pytanie nr 132 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm?

Odpowiedź nr 132

Zgodnie z odpowiedzią 121.

Pytanie nr 133 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm?

Odpowiedź nr 133

Zgodnie z odpowiedzią 122.

Pytanie nr 134 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki z boku szafki?

Odpowiedź nr 134

Zgodnie z odpowiedzią 123.

Pytanie nr 135 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm oraz 870 wraz z relingami?

Odpowiedź nr 135

Zgodnie z odpowiedzią 124.

Pytanie nr 136 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie od 740 do 1040 mm?

Odpowiedź nr 136

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie od 740 do 1040 mm.

Pytanie nr 137 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą układ podwójnych kół pozwalający pacjentowi lub personelowi medycznemu na zablokowanie szafki poprzez przyciśnięcie blokady przy kołach tym samym poprzez konieczność opuszczenia przez pacjenta łóżka? Dotyczy punktu 8 oraz 9 tabeli technicznej.

Odpowiedź nr 137

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowej posiadającej układ podwójnych kół pozwalający pacjentowi lub personelowi medycznemu na zablokowanie szafki poprzez przyciśnięcie blokady przy kołach tym samym poprzez konieczność opuszczenia przez pacjenta łóżka.

Pytanie nr 138 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź nr 138

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy 50 mm.

Pytanie nr 139 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą fronty szuflady i drzwi komory wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze wybranym przez Zamawiającego, odporne na wysoką temperaturę oraz środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź nr 139

Zgodnie z odpowiedzią nr 11.

Pytanie nr 140 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat nie posiada krawędzi zabezpieczonych tworzywowymi listwami?

Odpowiedź nr 140

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie nr 141 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwaniem blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź nr 141

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowej z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych.

Pytanie nr 142 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe z wysuwającym blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm?

Odpowiedź nr 142

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm

Pytanie nr 143 SIWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania atestu higienicznego dla łóżek oraz szafek przyłóżkowych - w zakresie części nr 1.

Odpowiedź nr 143

Zgodnie z odpowiedzią nr 57.

Pytanie nr 144 SIWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu potwierdzającego skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli wydane przez akredytowane laboratorium - w zakresie wyrobów objętych częścią 1.

Odpowiedź nr 144

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu potwierdzającego skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli wydane przez akredytowane laboratorium - w zakresie wyrobów objętych częścią 1.

Pytanie nr 145 Dotyczy: Zapisu w rozdz. VI pkt 5 p.pkt 2 SIWZ (wymagane dokumenty na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego)

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty atestów, zaświadczeń i certyfikatów z pozycji od 3) do 6) ? Ww. dokumenty dotyczą projektowania i produkcji mebli.

Odpowiedź nr 145

Tak, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty atestów, zaświadczeń i certyfikatów z pozycji od 3) do 6).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Iwona Matysiak

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie niniejszego pisma, zgodnie z art. 18 ust. 2 przepisy przejściowe ustawy Prawo zamówień publicznych na e-mail: justyna.michalak@imid.med.pl

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 04 kwietnia 2017 r.