



A/ZP/SZP.251-25/18

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-25/18 na dostawę:

„Dostawę aparatów RTG na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMiD w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej”

Pytanie nr 1

W związku z dostawą aparatów RTG, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 3

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dot. część nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS nie wchodzi w zakres obecnego postępowania na dostawę aparatu.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, że podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS nie wchodzi w zakres obecnego postępowania na dostawę aparatu.

Pytanie nr 5 - dot. części nr 1

Aparaty RTG są konfigurowane i produkowane pod konkretne wymagania danego klienta, w związku z tym proces dostawy trwa zazwyczaj od 6 do 8 tygodni. Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin realizacji do 70 dni roboczych od daty podpisania umowy, tak jak ma to miejsce w przypadku Części nr 2?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6 - dot. części nr 1, wzór umowy, § 5 pkt. 6

Prosimy o zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski”

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy (zał. nr 7 do SIWZ) w § 5 pkt. 6 w następujący sposób:

„6. *Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.*”
Modyfikowany dokument stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 7 – dot. części nr 1 wzór umowy § 7 pkt. 5

Czy Zamawiający zgodzi się ograniczyć ilość bezpłatnych szkoleń do:

- a) Pierwsze szkolenie przed podpisaniem protokołu uruchomienia,
- b) Drugie szkolenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Obecny wymóg nieograniczonej ilości bezpłatnych szkoleń w okresie gwarancji spowoduje wzrost ceny ofert potencjalnych wykonawców, którzy będą musieli doliczyć koszt potencjalnych szkoleń do ceny oferty.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy (zał. nr 7 do SIWZ) w § 7 pkt. 5 w następujący sposób:

„5. *Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczane protokołami. W tym:*

- a) *Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu uruchomienia,*
- b) *Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach,*
- c) *Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji – wg zgłaszanych potrzeb.*”

Modyfikowany dokument stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 8

W zakresie wymogu dot. materiałów firmowych potwierdzających zaoferowane parametry

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne dostarczenie ogólnego prospektu urządzenia oraz oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi specyfikacji złożone wraz z upoważnieniem producenta do potwierdzania parametrów?

Uzasadnienie: Co do zasady ogólnodostępne materiały informacyjne zawierają głównie marketingowe informacje i ewentualnie podstawowe dane techniczne. W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja ma za zadanie jedynie potwierdzać parametry, a nie konkretyzować, czy uszczegóławiać tj. wykraczać poza określone w formularzach dane, wydaje się wystarczającym rozwiązaniem przedłożenie wnioskowanego oświadczenia wraz z upoważnieniem producenta. Wykonawca już samym wypełnieniem formularzy technicznych i potwierdzeniem w nich informacji/parametrów wymaganych przez Zamawiającego – w szczególności, że są to dokumenty opatrzone podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę - potwierdza, że oferuje rozwiązania o wymaganych parametrach, funkcjonalnościach przez Zamawiającego, a tym samym spełniających wymogi SIWZ.

Dodatkowo wskazujemy, iż jesteśmy jedynym podmiotem w Polsce posiadającym autoryzację producenta do potwierdzania parametrów oferowanych rozwiązań.

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie określa konkretnego rodzaju dokumentów, konieczne jest natomiast aby potwierdzały one wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego urządzenia).

Pytanie nr 9

Wnosimy o wyłączenie wymogu dostarczania sprzętu zastępczego. Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia, realizacja warunku jest w praktyce niemożliwa do spełnienia. W szczególności z uwagi na specyficzne wymogi instalacyjne oraz liczne formalności (testy i odbiory). Dodatkowo – przy awarii jednego z aparatów Zamawiający jest w posiadaniu innych rozwiązań diagnostycznych, dlatego Zamawiający będzie mógł realizować badania z wykorzystaniem innej dostępnej infrastruktury sprzętowej.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający modyfikuje wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ) wykreślając zapis w § 5 pkt. 13 „*W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższego niż 10 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy.*” Jednocześnie Zamawiający modyfikuje dokument gwarancja i serwis (zał. nr 4 do SIWZ) w pkt. 5 w następujący sposób: „*Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych.*” Modyfikowane dokumenty stanowią załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Z uwagi na fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca. Konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego.

W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać wymagane dokumenty, w tym JEDZ zostaną przedłożone.

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z art. 25a ust 5 ustawy Pzp Wykonawca składa wymienione wyżej dokumenty na żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podwykonawców na etapie składania ofert.

Pytanie nr 11 - dot. części nr 1

Pakiet nr 1 - Zamawiający w pkt. 23 wymaga „Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny < 60 cm”. Prosimy o dopuszczenie aparatu o min. odległości ogniska lampy od kolumny 72 cm.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dopuszcza aparat o min. odległości ogniska lampy od kolumny 72 cm.

Pytanie nr 12 - dot. części nr 1

Pakiet nr 1 - Zamawiający w pkt. 45 wymaga „Wbudowana ładowarka baterii w kieszeń aparatu rtg” Czy Zamawiający poprzez w.w zapis rozumie ładowarkę do baterii zainstalowaną w aparacie z kieszeniami na min 2 baterie

Odpowiedź nr 12

Zamawiający dopuszcza ładowarkę do baterii zainstalowaną w aparacie z kieszeniami na min 2 baterie.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź nr 13

Tak, Zamawiający potwierdza, że poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 14 - dot. części 1

Pakiet nr 1 - Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji dla pakietu nr 1 do 70 dni. Prośba podyktowana jest planowanym miesięcznym przestojem (sierpień) w produkcji aparatów ze strony producenta.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15 - dot. części 1

Pakiet nr 1 - Wnosimy o następującą modyfikację wymogów gwarancji i serwisu:
Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa wynosi maksimum 24 godziny w dni robocze od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentu gwarancja i serwis (zał. nr 4 do SIWZ) w pkt. 3 w następujący sposób: „*Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa wynosi maksimum 24 godziny w dni robocze od momentu*

zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.” Modyfikowany dokument stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 16 - dot. części 1

Pakiet nr 1 - Wnosimy o następującą modyfikację wymogów gwarancji i serwisu:

Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze.

Odpowiedź nr 16

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - dot. części nr 1

Pakiet nr 1 - Wnosimy o następującą modyfikację wymogów gwarancji i serwisu:

Zapewnienie dostępności części zamiennych dla aparatu – 10 lat, a dla urządzeń komputerowych do 5 lat.

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 - dot. części nr 1

Pakiet nr 1 - Wnosimy o rezygnację z wymogu pkt. 46 załącznik nr 3 pakiet nr 1

46	Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor albo wbudowana w obudowę/osłonę nakładaną na detektor
----	--

Prośba podyktowana jest faktem, iż zgodnie z wytycznymi MZiOS badania rentgenowskie dzieci i noworodków winny być realizowane bez kratki, dlatego wymóg nie znajduje uzasadnienia i pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami. Dodatkowo w pkt. 115 („Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej”) Zamawiający otrzymuje funkcjonalność umożliwiającą realizację badań zarówno kratkowych, jak i bezkratkowych w przypadku diagnostyki dzieci i noworodków.

Odpowiedź nr 18

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 - dot. części nr 2, załącznik nr 2 do SIWZ

Dotyczy załącznik nr. 2 do SIWZ, część 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji do formularza cenowego, która będzie obejmowała 23% vat dla akcesoriów niemedyceńskich oraz usług?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga skalkulowania całości zamówienia oraz podania kwoty zgodnie ze wzorem tabeli asortymentowo – cenowej stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 20 – dot. części nr 2, załącznik nr 4 do SIWZ gwarancja i serwis

Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ Gwarancja i serwis pkt. 4 dot. część 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21 – dot. części nr 2, załącznik nr 4 do SIWZ gwarancja i serwis pkt. 5

Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ Gwarancja i serwis pkt. 5 dot. część 2:

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odpowiedź nr 21

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 – dot. części nr 2, załącznik nr 4 do SIWZ gwarancja i serwis pkt. 5

Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ Gwarancja i serwis pkt. 5 dot. część 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego .

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG

z ramieniem C w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem C jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający modyfikuje wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ) wykreślając zapis w § 5 pkt. 13 „*W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższego niż 10 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy.*” Jednocześnie Zamawiający modyfikuje dokument gwarancja i serwis (zał. nr 4 do SIWZ) w pkt. 5 w następujący sposób: „*Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych.*” Modyfikowane dokumenty stanowią załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 23 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z mocą generatora min 4,5 kW ? Aparat z większą mocą ma większe możliwości w zakresach prądu i wartości granicznych, prosimy o dopuszczenie rozwiązań lepszych.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem pulsów do 15p/s , producenci standardowo produkują aparaty w zakresach do 15 lub do 30 p/s. Różnica w zakresie 15 a 23 p/s jest znikoma a nadal pozwala na redukcje dawki w zakresie 60%? Prosimy o dopuszczenie zakresu do 15p/s.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z pełną automatyką bez regulacji czasu trwania pulsu, zazwyczaj operatorzy korzystają z pełnych programów anatomicznych a nie skupiają się na regulacji trwania impulsu.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą z anodą stacjonarną dwuogniskową z małym ogniskiem 0,5 mm , rozwiązanie takie jest równoważne a nawet lepsze od stawianego warunku granicznego.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z pojemnością cieplną anody 50kHu/min lecz z wydajnością cieplną kołpaka dwa razy większą do wymaganej , iloczyn tych wartości jest rozwiązaniem dużo lepszym niż warunek graniczny.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28 – dot. części 2

Dot punkt 23 „Wózek z ramieniem C”

Prosimy o wyjaśnienie – zamawiający postawił warunek graniczny” odległość kołpak – wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) min 85cm, zwracamy uwagę iż zamawiający wymaga aparatu z detektorem więc zapis powinien dotyczyć odległości „kołpak – powierzchnia detektora” Prosimy o korektę i dopuszczenie aparatu z odległością min 80cm lecz o głębokości ramienia min 72cm?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy odległości „kołpak – powierzchnia detektora” jednak podtrzymuje pozostałe zapisy dotyczące odległości ramienia. Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku parametry wymagane (Zał. nr 3 do SIWZ) w pkt. 23 w następujący sposób: *„Odległość kołpak – powierzchnia detektora \geq 85 cm”*

Pytanie nr 29 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem SID 100cm? „jest to standardowy zakres wykorzystywany u wielu producentów?”

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z dźwignią do sterowania kołami ale z hamulcem nożnym u podstawy aparatu, rozwiązanie jest równoważne z wymaganym a w przypadku np. awarii jednej dźwigni nie koliduje z możliwością np. zablokowania aparatu.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 31 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie równoważne czyli sterownik wielofunkcyjny bez 6 trybów pracy i możliwości programowania.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 32 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu monitory medyczne z kątem widzenia min +/-170 stopni, wymóg 176 stopni mając na uwadze iż wózek jest mobilny w każdym zakresie jest niezasadny?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością zapisu obrazów w formatach równoważnych np.: BMP/JPG/PNG/DCM bez formatu TIFF.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 34 – dot. części 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem dotykowym wielkości 10” kolorowym w pełni obrotowym zlokalizowanym na ramieniu C, bez możliwości wyposażenia w bezprzewodowy przycisk nożny do zapisu i skopii umieszczonego na stacji.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35 – dot. załącznika nr 7 wzór umowy

Zamawiający w ww. dokumencie w § 5 Gwarancja i serwis, ust. 20 wymaga:

Wykonanie 1 przeglądu bezpłatnego w okresie pogwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia, jednak nie wcześniej niż 11 m-cy od daty ostatniego przeglądu. Przegląd pogwarancyjny należy ująć w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od ww. punktu. Wykonanie dodatkowego przeglądu w okresie pogwarancyjnym stanowi dla potencjalnego wykonawcy dodatkowy koszt, który będzie musiał znaleźć odzwierciedlenie w cenie oferty przetargowej.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający odstępuje od wymogu wykonania 1 przeglądu bezpłatnego w okresie pogwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. Zamawiający modyfikuje wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ) wykreślając zapis w § 5 pkt. 19 „Wykonanie 1 przeglądu bezpłatnego w okresie pogwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia, jednak nie wcześniej niż 11 m-cy od daty ostatniego przeglądu. Przegląd pogwarancyjny należy ująć w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b.” Jednocześnie Zamawiający modyfikuje dokument gwarancja i serwis (zał. nr 4 do SWIZ) poprzez wykreślenie pkt. 12 o treści: „Wykonanie 1 przeglądu bezpłatnego w okresie pogwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia, jednak nie wcześniej niż 11 m-cy od daty ostatniego przeglądu.” Modyfikowane dokumenty stanowią załącznik do wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj:
Termin składania ofert – 23 sierpnia 2018 r. do godziny 9:30
Termin otwarcia ofert – 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Monika Bekiesińska – Figatowska

UWAGA:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 06 sierpnia 2018 roku.