



Instytut Matki i Dziecka

Institute of Mother and Child

L'Institut de la Mère et de l'Enfant

Warszawa, 28 czerwca 2018 roku

A/ZP/SZP.251-22/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 4

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-22/18 na dostawę:

„Urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 - dot. części nr 3

Pragniemy zwrócić uwagę, że wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dnia 26.06.2018 zawierają następujący zapis, który jest najprawdopodobniej omyłką pisarską, jednak uniemożliwia złożenie ważnej oferty:

Pytanie nr 26 - Pytanie nr 16 - dot. części nr 2 - Aparaty do znieczulania - Załącznik nr 3 – Zestawienie parametrów wymaganych, kardiomonitor, pozycja I i II, pkt. 2.29

Czy Zamawiający ma na myśli wyposażenie w 2 moduły na całą instalację czy po 2 moduły na każde stanowisko monitorowania pacjenta przy aparacie do znieczulenia?

Odpowiedź nr 26

Tak, Zamawiający ma na myśli wyposażenie w dwa moduły na każde stanowisko monitorowania. Użycie równocześnie 2 modułów monitorowania głębokości znieczulenia w jednym kardiomonitorze jest nieuzasadnione i niemożliwe do realizacji z technicznego punktu widzenia. Prosimy o potwierdzenie, że doszło do oczywistej pomyłki przy udzielaniu wyjaśnień i ważny pozostaje pierwotny zapis tj „Ilość modułów – łącznie min 2 moduły”. Biorąc pod uwagę pozostałe wymagania techniczne zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ interpretacja tego zapisu wydaje się jasna – dla 4 stanowisk do znieczulania mają zostać zaoferowane co najmniej 2 moduły BIS lub entropii, które mogą być wymiennie stosowane na każdym ze stanowisk. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka, za którą przepraszamy. Zamawiający wymaga minimum 2 modułów na całą część nr 3 (6 aparatów do znieczulania).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Joanna Stankiewicz

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 28 czerwca 2018 r.