



Warszawa, 06 września 2018 roku

A/ZP/SZP.251-32/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-32/18 na dostawę:

„Rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem”

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (sprostowaniem) Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W wyjaśnieniach treści SIWZ opublikowanych w dniu 04.09.2018 Zamawiający w punkcie 11 dopuścił następujące rozwiązanie:

„Jedną dwukanałową pompę infuzyjną pracującą w środowisku min. 1,5 T wyposażoną w drugi kanał podaży oraz pomiar SpO₂, HR i PI? Rozwiązanie takie pozwala na równoległą podaż dwóch leków z niezależnymi ustawieniami infuzji”

W poprawionym załączniku nr 3 do SIWZ, Zamawiający pozostawił zapis w punkcie 239:

„ lub dostarczenie min. 2 szt. pomp infuzyjnych jednokanałowych, pracujących w środowisku min. 1,5 T MR”.

Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności odpowiedzi z załącznikiem nr 3.

Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, że system paramagnetycznych pomp dwukanałowych jest powszechnie stosowanym, nowoczesnym i bezpiecznym systemem podaży infuzji w trakcie badań MRI, tańszym od dwóch osobnych pomp jednokanałowych. Pompy takie są używane w kilkunastu polskich szpitalach między innymi w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie czy Uniwersyteckim Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że w odpowiedzi do pytania 11 wkradł się błąd. Zamawiający dokonuje sprostowania. Zamawiający wymaga min. 2 szt. pomp jednokanałowych zgodnie z punktem 239 załącznika nr 3 do SIWZ.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Agnieszka Siwek

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.
Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 06 września 2018 r.