

Warszawa, 28 września 2018 roku

A/ZP/SZP.251-51/18

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-51/18 na dostawę:

„Drobnego sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1 – dot. Części 3 poz. 1 pkt 10-12.

Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach 2, 3 i 4 o długości odpowiednio 115 mm, 135mm, 155mm?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2 – dot. Części 3 poz. 2 pkt 10-12.

Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach 2, 3 i 4 o długości odpowiednio 115 mm, 135mm, 155mm?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3 – dot. Części 3 poz. 3 pkt 9-12.

Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach 0, 2, 3 i 4 o długości odpowiednio 82mm, 115mm, 135mm, 155mm?

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4 – dot. Części 3 poz. 3 pkt 13.

Czy Zamawiający dopuści laryngoskopu zasilane baterią typu AA?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5 – dot. Części 3 poz. 4 pkt 9-12.

Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach 0, 2, 3 i 4 o długości odpowiednio 82mm, 115 mm, 135mm, 155mm?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie nr 6 – dot. Części 3 poz. 4 pkt 13.

Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez funkcji ściemniania?

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 – dot. części nr 10 pkt 1 – pompy strzykawkowe

Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml?

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – dot. części nr 10 pkt 7 – pompy strzykawkowe

Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach:

ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9 – dot. części nr 10 pkt 8 – pompy strzykawkowe

Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością programowania

-infuzji ciągłej według objętości/czasu lub dawki/czasu

-infuzji z limitem objętości

-infuzji bolusowej?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10 – dot. dot. części nr 10 pkt 12 – pompy strzykawkowe

Pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) ?

Odpowiedź nr 10

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – dot. części nr 10 pkt 14 – pompy strzykawkowe


Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową posiadającą niebieski monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD z możliwością jednoczesnego wyświetlania nazwy leku, stężenia, dawki, prędkości przepływu infuzji, nazwy oddziały, aktualnego ciśnienia w formie graficznej? Stan naładowania akumulatora widoczny na płycie czołowej urządzenia.

Odpowiedź nr 11

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – dot. części nr 10 pkt 25 – pompy strzykawkowe

Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:



podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu, podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji z dostępnym sieciowym oprogramowaniem w języku angielskim?

Odpowiedź nr 12

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dot. części nr 10 pkt 26 – pompy strzykawkowe

Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością zapamiętania do 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź nr 13

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 – dot. części nr 10 pkt 30 – pompy strzykawkowe

Pkt 30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową, w której czas do pełnego naładowania akumulatora wynosi poniżej 6 godz.?

Odpowiedź nr 14

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 15 – dot. części nr 10 pkt 1 - stacje dokujące

Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą do pomp infuzyjnych innego producenta?

Odpowiedź nr 15

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – dot. części nr 10 pkt 2 - stacje dokujące

Pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację, której obudowa wykonana jest z aluminium i tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 17 – dot. części nr 10 pkt 3 - stacje dokujące

Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą o masie 4,1kg?

Odpowiedź nr 17

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 – dot. części nr 10 pkt 10 - stacje dokujące

Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą bez uchwytu do przenoszenia?

Odpowiedź nr 18


Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 – dot. części nr 10 pkt 11 - stacje dokujące

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą nie posiadającą wieszaka do zawieszania pojemników z płynami? Oferowany stojak do stacji dokującej zawiera 6 wieszaków o łącznej nośności do 6kg.

Odpowiedź nr 19

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 20 – dot. części nr 10 pkt 4 - statyw do stacji dokujących

Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw z obciążeniem do 21,8 kg?

Odpowiedź nr 20

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 – dot. części nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 9 pomp objętościowych dwukanałowych – fabrycznie nowych, nieużywanych, rok produkcji 2017.

Odpowiedź nr 21

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 22 – dot. części nr 7 – ssak próżniowy

Czy Zamawiający dopuści ssak z korpusem wykonanym z wytrzymałego technopolimeru? Proponowany materiał jest bardziej wytrzymały, elastyczny i mniej podatny na uszkodzenia mechaniczne, oraz lżejszy niż wykonany z aluminium.

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – dot. części nr 7 – ssak próżniowy

Czy Zamawiający dopuści ssak z zakresem podciśnienia od 0 do -950mbar regulowanym poprzez membranę? Zamawiający wymaga zakresu regulacji 0-1bar, jednak zdecydowana większość obecnych na rynku ssaków posiada regulację 0-950mbar. Wartość -1bar jest jedynie naniesiona na wakuometr jako koniec skali i regulacja do tej wartości jest nierekomendowana przez producentów sprzętu.

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24 – dot. części nr 7 – ssak próżniowy

Czy Zamawiający dopuści butlę zabezpieczającą o pojemności ok. 50ml wykonaną z polisulfonu, z połączeniem gwintowanym oraz szybkozłączem dedykowanym do dostarczanego ssaka? Zastosowanie polisulfonu jest korzystniejsze ze względu na wyeliminowanie możliwości stłuczenia butli, jest również lżejsza. Zmniejszenie pojemności butli wpływa korzystnie na wykorzystanie przestrzeni na szynie medycznej, mniejsza butla zajmuje mniej miejsca. Pojemność nie ma wpływu na skuteczność działania butli zabezpieczającej.

Odpowiedź nr 24

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25 – dot. części nr 7 – ssak próżniowy

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojemnika wielorazowego do systemu innego producenta niż opisany przez Zamawiającego, z zaworem odcinającym z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 25

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

W nawiązaniu do opublikowanego w/w Postępowania proszę o informację jaki parametr gwarancji jest obowiązujący w części 8 czy tak jak w SIWZ do 36 miesięcy, czy jak załączniku nr 3 część 8 powyżej 36 miesięcy,

Ponadto jaki jest prawidłowy numer załącznika o grupie kapitałowej, czy to jest 3b, czy 5b.


Odpowiedź nr 26

Zgodnie z zamieszczoną na stronie Zamawiającego poprawioną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem nr 3 do SIWZ - parametry wymagane stanowi załącznik do wyjaśnień oraz została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 28 września 2018 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Siwek

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 28 września 2018 r.