



Warszawa, 24 października 2017 roku

A/ZP/SZP.251-53/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-53/17 na dostawę:

„Ambulansu neonatologicznego typu C wraz z wyposażeniem”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przepływomierz mechaniczny tzw rotametryczny które to urządzenie nie posiada możliwości precyzyjnego nastawienia parametrów podaży tlenu azotu?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania przepływomierza mechanicznego tzw. rotametrycznego.

Zamawiający wymaga zestawu zapewniającego dokładne i stabilne podawanie tlenu azotu oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Leszek Gwiazda

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 24 października 2017 roku.