



Instytut Matki i Dziecka

Institute of Mother and Child

L'Institut de la Mère et de l'Enfant

Warszawa, 31 października 2018 roku

A/ZP/SZP.251-55/18

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-55/18 na:

Dostawę sprzętów laboratoryjnych i urządzenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

Pytanie nr 1- dot. części nr 4

Wnosimy o zmianę zapisu w punkcie pierwszym „Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, **rok produkcji 2018**” poprzez wykreślenie części „... rok produkcji 2018”. Oferowane przez naszą firmę automatyczne stacje pipetujące do przygotowywania reakcji NGS dostępne są na rynku od 2010 roku w niezmienionej technicznie formie. Umożliwi to zaoferowanie aparatu nowego, w pełni zgodnego z najnowszą wersją, ale z rocznika produkcji przed 2018. Oferowany aparat ma pełną gwarancję, wsparcie techniczne i najnowszą wersję oprogramowania.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu w punkcie pierwszym:

„Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2018”,

na zapis:

„**Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji min. 2017**”.

Pozostałe parametry techniczne i warunki zapisów SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 - dot. część nr 1 i część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii do **5 dni** (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jerzy Bal

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 31 października 2018 r.