



Warszawa, 28 listopada 2019 roku

A/ZP/SZP.261-100/19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-100/19 na:

„Dostawę zestawów implantów stosowanych w ortopedii”

Pytanie nr 1 – dot. części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w części 1 systemu opisanego poniżej. Nadmieniamy, że jest to bardziej rozbudowany zestaw do endoprotezoplastyki stawu łopatkowo-ramiennego.

Część nr 1

Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego

Trzpień ramienny wykonany ze stopu tytanu, w opcji cementowany lub bezcementowy, w średnicach odpowiednio 12 - 20 mm (5 opcji) oraz 11 - 24 mm (14 opcji), w dwóch długościach.

Element proksymalny odwrócony w opcji standard, trauma lub konwersja.

Część łopatkowa protezy w dwóch opcjach. Panewka cementowa w 4 rozmiarach z trzema pegami lub w trzech rozmiarach z centralnym gwintownikiem, wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie. Panewka bezcementowa, w czterech rozmiarach płyty i centralnego pega, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub o średnicy 6,5 mm lub o średnicy 4,5 mm; w opcji panewka modułarna wykonana w technologii trabecular titanium (oddzielnie płyta i peg) wraz z dostosowanym do niej instrumentarium do pobierania przeszczepów. Wkładka polietylenowa w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej.

Miseczka ramienna/glenosfera o rozmiarze 36 mm – chromokobaltowa lub dla pacjentów alergicznych tytanowa lub z odwróconą trybologią 40 mm lub 44 mm – polietylenowa, mocowana do panewki bezcementowej za pomocą śruby.

Insert ramienny polietylenowy w trzech wysokościach dla glenosfery 36 mm lub metalowy dla glenosfer 40 i 44 mm, każdy w trzech wysokościach, wciskany do trzpienia. W opcji inserty lateralizowane i przedłużenie +9 mm.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 2 – dot. projektu umowy:

§ 6, ust. 1; 4- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR

229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dot. części 6 - taśmy do stabilizacji dynamicznej kręgosłupa:

Czy w Części nr 6 Zamawiający dopuści taśmy do prętów o średnicy 4,5 oraz 5,5 mm?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Łukasz Olszewski

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 28 listopada 2019 r.