



A/ZP/SZP.261-57/19

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-57/19 na dostawę:

#### **„Odczynników wraz z dzierżawą zestawów do badań parametrów immunohematologicznych oraz analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu”**

##### **Pytanie nr 1 – dot. części nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymaganie "Programowany zakres stężeń i jednostek pomiaru". Czy Zamawiający ma tu na myśli możliwość wyboru różnych jednostek (np. SI lub tradycyjne) oraz możliwość programowania progowych wartości stężeń, przekroczenie których wywołuje flagowanie wyniku jako patologicznego?

##### **Odpowiedź nr 1**

Tak, Zamawiający poprzez wymaganie „Programowany zakres stężeń i jednostek pomiaru” rozumie możliwość wyboru różnych jednostek (np. SI lub tradycyjne) oraz możliwość programowania progowych wartości stężeń, przekroczenie których wywołuje flagowanie wyniku jako patologicznego.

##### **Pytanie nr 2 – dot. części nr 2**

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem: "Programowany zakres stężeń" (pkt 7. Parametrów).

##### **Odpowiedź nr 2**

Zgodnie z odpowiedzią nr 1.

##### **Pytanie nr 3 – dot. części nr 2**

Czy Zamawiający dopuści czytnik moczowy z automatyczną kalibracją podczas każdorazowego włączenia czytnika?

##### **Odpowiedź nr 3**

Zgodnie z zapisami SWIZ.

##### **Pytanie nr 4 – dot. części nr 2**

Czy Zamawiający wymaga pasków do kontroli optyki czytnika?

##### **Odpowiedź nr 4**

Zgodnie z zapisami SWIZ.

##### **Pytanie nr 5 – dot. części nr 2**

Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta czytnika moczowego?

##### **Odpowiedź nr 5**

Tak, Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta czytnika moczowego.

##### **Pytanie nr 6 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

##### **§3 ust. 9:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www.....*”

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający zmienia zapis w §3 ust. 9 – wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ)

**z:**

„Do pierwszej dostawy każdego rodzaju niebezpiecznych substancji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Kartę Charakterystyki tych substancji. Opakowania substancji niebezpiecznych będą oznaczone zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami.”

**na:**

„Do pierwszej dostawy każdego rodzaju niebezpiecznych substancji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Kartę Charakterystyki tych substancji lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www..... Opakowania substancji niebezpiecznych będą oznaczone zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami.”

**Pytanie nr 7 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

**§3 ust. 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu: „*w dni robocze*”?

**Odpowiedź nr 7**

Powyższe zapytanie nie dot. § 3 ust. 9 – wzór umowy. A zatem Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

**Pytanie nr 8 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

**§3 ust. 18:**

Czy Zamawiający wyrazi by Wykonawca przeniósł na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„*Nie dotyczy, gdy obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).*”

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 9 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

**§5 ust. 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza materiały kontrolne o terminie ważności, krótszym niż termin ważności odczynników? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu:

„*z wyłączeniem materiałów kontrolnych, dla których termin ważności wynosi do 2 miesięcy*”.

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający zmienia zapis w § 5 ust. 2 – wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ) dla części nr 1

**z:**

„Termin ważności przedmiotu zamówienia – w zakresie odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych - min..... miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.”

**na:**

„Termin ważności przedmiotu zamówienia – w zakresie odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych - min..... miesięcy, z wyłączeniem materiałów kontrolnych, dla których termin ważności wynosi do 2 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.”

**Pytanie nr 10 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

**§6 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5):**

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„*za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający zmienia zapis w § 6 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5) – wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ)

**z:**

- „2) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 5.
- 3) w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu dzierżawy dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu dzierżawy określonego w § 3 ust. 5.
- 4) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii zgodnie z § 3 ust. 31.
- 5) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 3.”

**na:**

- „2) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 5.
- 3) w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu dzierżawy dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w dostawie przedmiotu dzierżawy określonego w § 3 ust. 5.
- 4) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 za każdą godzinę opóźnienia chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w usunięciu awarii zgodnie z § 3 ust. 31.
- 5) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wymianie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 3.”

**Pytanie nr 11 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik do Załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy Części nr 2: §2 ust. 2 pkt 8):**

Uprzejmie prosimy o zastąpienie spójnika „oraz” słowem „lub”.

Narzucenie Wykonawcy prowadzenia rejestru w dwóch postaciach jest sprzeczne z zasadami RODO (minimalizacją danych i ograniczeniem przechowywania) i obarczone wyższym ryzykiem naruszenia tych danych.

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust. 2 pkt 8) wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – dotyczy Części nr 2 (zał. do wzoru umowy):

**z:**

„prowadzić, w postaci pisemnej oraz elektronicznej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych;”

**na:**

„prowadzić, w postaci pisemnej lub elektronicznej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych;”

**Pytanie nr 12 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik do Załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy Części nr 2:**

**§2 ust. 2 pkt 11):**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania:

*„wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem”.*

Przekazywanie innych danych prowadziłyby do gromadzenia danych nadmiarowych przez Zamawiającego, a wskazany zapis prowadziłyby do sytuacji zmuszenia Wykonawcy do przekazywania danych Zamawiającemu do których Zamawiający nie jest upoważniony. W rezultacie doprowadziłyby do naruszenia RODO zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.

## **Odpowiedź nr 12**

Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust. 2 pkt 11): wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – dotyczy Części nr 2 (zał. do wzoru umowy):

**z:**

„niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspektach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora;”

**na:**

„niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspektach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem;”

## **Pytanie nr 13 - Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik do Załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy Części nr 2:**

### **§5 ust. 4:**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego kary poprzez dodanie określenia: „*istotny*” przed wyrażeniem „*przypadek naruszenia*.”

W sytuacji drobnego naruszenia skutkującego tylko upomnieniem zastrzeżenie wysokiej kary umownej będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą (a nawet jej brakiem) a wysokością kary umownej.

### **Odpowiedź nr 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

## **Pytanie nr 14 - Dotyczy pkt. 7 warunków granicznych, Zał. Nr 4 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatora, dla którego nie ma możliwości programowania zakresów stężeń i jednostek pomiaru w przypadku ciężaru właściwego i pH? Parametry te w większości dostępnych analizatorów są nieedytowalne.

### **Odpowiedź nr 14**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora parametrów fizykochemicznych moczu, dla którego nie ma możliwości programowania zakresów stężeń i jednostek pomiaru w przypadku ciężaru właściwego i pH.

## **Pytanie nr 15 - Dotyczy pkt. 19 warunków granicznych, Zał. Nr 4 do SIWZ:**

W związku z faktem, że o częstotliwości przeprowadzenia kontroli jakości decyduje Laboratorium a nie Wykonawca, prosimy o uściślenie i określenie, harmonogramu wykonywania badań kontrolnych oraz poziomów. Informacja ta pozwoli nam prawidłowo obliczyć konieczną liczbę opakowań materiałów kontrolnych.

### **Odpowiedź nr 15**

Zamawiający informuje, że badania kontrolne będą wykonywane codziennie 1 z 2 poziomów na zmianę.

## **Pytanie nr 16 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 3 ust. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

### **Odpowiedź nr 16**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 17 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 4 ust. 1 - 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 18 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź nr 18**

Tak, Zamawiający dodaje ust. 10 w § 6 we wzorze umowy o następującym brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Pytanie nr 19 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 6 ust. 1 pkt 2 - 3, pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 20 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 6 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź nr 20**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 21– Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 6 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „godzinę opóźnienia” na „dzień zwłoki”?

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 22 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 6 ust. 1 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź nr 22**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 23 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 6 ust. 1 pkt 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź nr 23**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 24 – Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa (wzór)**

Par. 10 ust. 1 pkt 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Odpowiedź nr 24**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 25 – Dot. Część nr 2 - Załącznik do umowy- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór)**

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podana ilość oznaczeń uwzględnia oznaczenia kontrolne, czy należy je doliczyć?

**Odpowiedź nr 26**

Tak, podana ilość oznaczeń w zestawieniu parametrów wymaganych (Zał. Nr 4 do SIWZ) – część nr 1 uwzględnia oznaczenia kontrolne.

**Pytanie nr 27 - Dot. Załącznika nr 4 (zestawienie parametrów wymaganych) do SIWZ, Część 2, pkt. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który w oprogramowaniu ma na stałe wprowadzone przez producenta zakresy stężeń parametrów badanych oraz jednostki pomiaru?

**Odpowiedź nr 27**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 28 - Dot. Załącznika nr 4 (zestawienie parametrów wymaganych) do SIWZ, Część 2, pkt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym ciężar właściwy oznaczony jest metodą refraktometryczną, a nie ma tej informacji na pasku testowym ?

**Odpowiedź nr 28**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 29 - Dot. Załącznika nr 4 (zestawienie parametrów wymaganych) do SIWZ, Część 2, pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie posiada możliwości eliminacji wpływu kwasu askorbinowego na pomiar glukozy ?

**Odpowiedź nr 29**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*

*Agnieszka Kapica*

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego [www.imid.med.pl](http://www.imid.med.pl) w dniu 15 lipca 2019 r.