



Warszawa, 06 marzec 2020 r.

Znak sprawy: A.DZI.SAM.233.4/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA NR 2

Dot.: ogłoszonego przetargu ofertowy na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego Signa 1,5T HDx/t oraz używanego tomografu komputerowego Philips Brilliance 64CT wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Pytanie nr 1 – dot. danych uzupełniających (str. 2 ogłoszenia)

Prosimy o potwierdzenie, że Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie procesu wykasowania danych z urządzeń, komputerów techników oraz ze stacji opisowych, a także wydania Sprzedającemu oświadczenia o dokonanej czynności przez Wykonawców niezależnych od producenta. Wykonawcy niezależni od producenta, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje sami mogą przeprowadzić proces wykasowania danych z urządzeń i wystawić Sprzedającemu oświadczenie o dokonanej czynności.

Odpowiedź nr 1

Sprzedający informuje, że dopuszcza możliwość przeprowadzenie procesu wykasowania danych z urządzeń, komputerów techników oraz ze stacji opisowych, a także wydania Sprzedającemu oświadczenia o dokonanej czynności przez Wykonawców niezależnych od producenta, pod warunkiem że Wykonawcy niezależni od producenta, posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje do samodzielnego przeprowadzania procesu wykasowania danych z urządzeń.

Kupujący przedstawi oświadczenie o dokonanej czynności, potwierdzony przez serwis oraz Kupujący ponosi odpowiedzialność w przypadku źle przeprowadzonego procesu wykasowywania danych.

Kupujący bierze odpowiedzialności za wybór sposobu i osób do przeprowadzania procesu wykasowania danych z urządzeń, komputerów techników oraz ze stacji opisowych.

Pytanie nr 2 - prace budowlane, prace naprawcze (str. 2 ogłoszenia)

Prosimy o podanie zakresu prac budowlanych oraz prac naprawczych pomieszczeń po demontażu aparatów, o których mowa w Danech uzupełniających (str. 2 ogłoszenia). Czego Sprzedawca oczekuje od Kupującego?

Odpowiedź nr 2

Sprzedający informuje, że oczekuje doprowadzenia pomieszczenie do stanu użytkowania.

W zakresie aparatu RM Sprzedawca przewiduje:

- demontaż płyt warstwowych (na elewacji), zabezpieczenie i ponowny montaż wraz z naprawą obróbek blacharskich;
- wykonanie otworu transportowego – demontaż/montaż okna, rozbiórka fragmentu ściany;
- naprawa ściany – przemurowanie, nadproże okienne, montaż parapetów, szpachlowanie i przemalowanie ścian;



- demontaż i ponowny montaż fragmentu barierki ochronnej;
- zabezpieczenie murka i budowa rampy w miejscu studzienki piwnicznej;
- naprawa posadzki; przemalowanie ścian.

W zakresie aparatu TK, Sprzedawca zakłada, że urządzenie po deinstalacji wyniesione zostanie przez obecną stolarkę drzwiową, w związku z czym zakłada min.: naprawę posadzki, naprawę oraz odmalowanie ścian. W przypadku konieczności demontażu stolarki drzwiowej, ponowne jej obsadzenie. **Jednocześnie Sprzedający, informuje o możliwości wizji lokalnej na miejscu w celu dokładnego oszacowania przez Kupującego kosztów prac budowlanych, koniecznych do przewidzenia.**

Pytanie nr 3 – dot. MR Signa HDxt

Prosimy o podanie roku produkcji rezonansu magnetycznego Signa HDxt, gdyż na str. 1 ogłoszenia podano rok produkcji 2004, natomiast w załączniku nr 8 do ogłoszenia – Parametry techniczne – podano rok produkcji 2003.

Odpowiedź nr 3

Sprzedający informuje, że rok produkcji rezonansu magnetycznego Signa HDxt – **to 2003**. Na str. 1 ogłoszenia doszło do pomyłki pisarskiej.

Przewodniczący Komisji Przetargu Ofertowego


Dorota Piasecka

Wyjaśnienia treści ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 06 marzec 2020 r.