



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Instytut Matki i Dziecka

Dział Zarządzania Infrastrukturą

Institute of Mother and Child

24.07.2024 r.

Znak sprawy: AE/DZI.261.3.2024

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert na dostawę dwóch pętli indukcyjnych mobilnych o wartości wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a, tel.: (22) 32 77 512, www.imid.med.pl

Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 8:00 – 15:30

2. Określenie trybu zamówienia

Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 tys. zł netto.

Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach umowy UDA-FERS.01.01.-IP.02-0002/23-00 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, w związku z udziałem w Projekcie pod nazwą „Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu”, finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 2021-2027 Oś priorytetowa I „Umiejętności” Działanie 01.01 „Współpraca ponadnarodowa”

3. Rodzaj zamówienia

Dostawa

4. Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch pętli indukcyjnych mobilnych

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch pętli indukcyjnych mobilnych, jednostanowiskowych, zestawy z mikrofonem (typu gęsia szyja) oraz zasilaczem zewnętrznym 110-240 VAC

Opis wymaganych parametrów:

- 1) Przenośna pętla indukcyjna:
 - i. gotowa do użycia, bez prac instalacyjnych

Instytut Matki i Dziecka

Dział Zarządzania Infrastrukturą
ul. Kasprzaka 17A 01-211 Warszawa
tel. (22) 32-77-512
www.imid.med.pl



- ii. wzmacniacz pętli i sama pętla zintegrowana w jednym urządzeniu
- iii. zasilanie akumulator litowo-polimerowy
- iv. możliwość wykorzystania mikrofonu wbudowanego w urządzenie lub zewnętrznego
- v. mikrofon wewnętrzny: pełna wydajność przy 70 dBSPL / 1m
- vi. maksymalny poziom sygnału: 1,5 V_{rms} (+5,7 dBu)
- vii. wyjście słuchawkowe typu 3,5 mm jack
- viii. wejście mikrofonu zewnętrznego typu 3,5 mm jack
- ix. wyjście pętli: natężenie pola (125 ms, rms) max. 400 mA/m z 1 m
- x. zniekształcenie <1%
- xi. możliwość regulacji głośności
- xii. podwójny układ ARW:
 - zakres aktywny >50-70 dB (+1,5 dB)
 - czas ataku: 2 – 500 ms
 - czas powrotu: 0,5 – 20 dB/s
- xiii. przełącznik zasilania (on / off)
- xiv. wskaźnik LED baterii – status
- xv. żywotność baterii:
 - użytkowanie min. do 12 godzin
 - czas ładowania max. 3 h
- xvi. wymiary (SxWxG) max.: 305 x250 x15 mm

2) Mikrofon na gęsiej szyjce, wtyk 3,5 mm, przewód min. 1,5 m.

Opcje montażu: stojak lub rzep

6. Gwarancja

24 m-ce

7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych

8. Termin wykonania zamówienia

7 dni od daty zawarcia umowy

9. Termin płatności

30 dni od daty wystawienia faktury

10. Obowiązki Wykonawcy po zawarciu umowy

Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 3.

11. Kryteria oceny oferty

Cena oferty brutto – 100 %

Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak również nieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

12. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym zał. nr 1.

Oferta i wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania i składania ofert.

Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ofertant ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać:

- 1) wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1)
- 2) wypełniona tabela asortymentowo – cenowa (zał. nr 2)
- 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy;
- 4) kartę katalogową potwierdzającą wymagane parametry pętli

13. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę z dopiskiem „dostawa dwóch pętli indukcyjnych” należy złożyć w terminie do **31.07.2024 r.**:

- 1) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 §1 Kodeksu Cywilnego (opatrzoną podpisem zaufanym lub osobistym (e-dowód)) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: dorota.piasecka@imid.med.pl

14. Okres związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dorota Piasecka – Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą tel. (22) 32 77 512.

16. Dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.imid.med.pl – 24.07.2024 r.

W imieniu Zamawiającego



Dział Zarządzania Infrastrukturą

Kierownik

Dorota Piasecka

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Tabela asortymentowo – cenowa
3. Wzór umowy