


<b>Dane Wykonawcy:</b> Koperwas Grzegorz, Doradztwo, Szkolenia, Serwis Ul. Strzeżewskiego 17/36, 20 - 153 Lublin NIP 9222335332 Tel. 692916430, e-mail: serwis.koperws@wp.pl	<b>Dane Zamawiającego:</b> Instytut Nauki i Dobrej w Warszawie
--	--

Dotyczy urządzeń:		
Nazwa/Model/Producent	S/N	Lokalizacja
1. Brancho Phosor 1103 BC3 Karlstar	2232011	B. Opens.
2. Pampa Infugino KWAPISZ Duet 20150	11085	O/Neuralab.
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

<b>Typ usługi: PRZEGLĄD URZĄDZEŃ WRAZ Z KONSERWACJĄ</b>	
<b>Zakres czynności:</b>	
Okresowy przegląd techniczny i konserwacja urządzeń.	
1. Wykonano czynności przeglądowe i konserwacyjne. 2. Wykonano testy funkcjonalne. <b>IDA-19 Flwac</b> Wynik końcowy przeprowadzonych testów: POZYTYWNY: dotyczy urządzenia: <b>1,2</b> NEGATYWNY: dotyczy urządzenia: <b>-</b>	
3. Wykonano testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 - zastosowano narzędzie pomiarowe Rygiel Safe Test Wynik końcowy przeprowadzonych testów: POZYTYWNY: dotyczy urządzenia: <b>1,2</b> NEGATYWNY: dotyczy urządzenia: <b>-</b>	
<b>Podsumowanie:</b>	
1. Urządzenie spełnia warunki bezpieczeństwa elektrycznego, jest sprawne technicznie i bezpieczne w eksploatacji	dotyczy urządzenia: <b>1,2</b> Następny przegląd techniczny: <b>11.2023</b>
2. Urządzenie jest sprawne technicznie i bezpieczne w eksploatacji	dotyczy urządzenia: Następny przegląd techniczny:
3. Urządzenie niesprawne technicznie - naprawa w trakcie	dotyczy urządzenia: <b>/</b>
4. Urządzenie niesprawne technicznie - zalecana kasacja	dotyczy urządzenia: <b>/</b>
5. Uwagi/Zalecenia:	
Powyższa usługa została wykonana z należytą starannością.	
Data: <b>29.11.2022</b> Podpis i pieczęćka Serwisanta: 	Podpis i pieczęćka Użytkownika: 