

Dane Wykonawcy: Koperwas Grzegorz, Doradztwo, Szkolenia, Serwis Ul. Strzeszewskiego 17/36, 20 – 153 Lublin NIP 9222335332 Tel. 692916430, e-mail. serwis.koperwas@wp.pl	Dane Zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka w W-wie.
--	--

Dotyczy urządzeń:		
Nazwa/Model/Producent	S/N	Lokalizacja
1. Detektor tekstu płaski FD-100	2012-D0422	D. Gruciel.
2. — —	2018-D0579	— —
3. Detektor tekstu płaski Echo Scanner ES-101 EX	16020081	P. Lea. Niepf.
4. — —	16020079	— —
5. Naxosliberaleq ER270Fi	2Y114A066	D. Okolajczyk
6. Pulsobymetr N-395	G02809499	A. B. Opat. Pawel.
7. Faunco infur. Duet 20150 KWADISZ	14455	O. Neauah
8. — —	14484	— —
9. — —	14482	— —
10. — —	14481	— —
11.		
12.		

Typ usługi: PRZEGLĄD URZĄDZEŃ WRAZ Z KONSERWACJĄ
Zakres czynności:

Okresowy przegląd techniczny i konserwacja urządzeń.

- Wykonano czynności przeglądowe i konserwacyjne.
- Wykonano testy funkcjonalne. *spat Galt Fluka, IDA-15 Fluka*
 Wynik końcowy przeprowadzonych testów: **POZYTYWNY:** dotyczy urządzenia: 1:10
NEGATYWNY: dotyczy urządzenia: —
- Wykonano testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 - zastosowano narzędzie pomiarowe Rygiel Safe Test
 Wynik końcowy przeprowadzonych testów: **POZYTYWNY:** dotyczy urządzenia: 1:10
NEGATYWNY: dotyczy urządzenia: —


07R-1-00137-02-01
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
 Regon: 000288395 NIP: 525-000-84-71
 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
 Ambulatorium, Vczesc kodu :34
 Poradnia Położniczo- Ginekologiczna
 Część VII kodu:095 Część VIII kodu:1036
 tel. (22)32-77-050, (22)32-77-051

Podsumowanie:

- Urządzenie spełnia warunki bezpieczeństwa elektrycznego, jest sprawne technicznie i bezpieczne w eksploatacji
 dotyczy urządzenia: 1:10
 Następny przegląd techniczny: 10 2023
- Urządzenie jest sprawne technicznie i bezpieczne w eksploatacji
 dotyczy urządzenia:
 Następny przegląd techniczny:
- Urządzenie niesprawne technicznie – naprawa w trakcie
 dotyczy urządzenia:
- Urządzenie niesprawne technicznie – zalecana kasacja
 dotyczy urządzenia:
- Uwagi/Zalecenia:

Powyższa usługa została wykonana z należytą starannością.

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
 Kierownik placówki wojewódzkiej Lublin
 Jednostka organizacyjna: POŁOŻNICZA 34
 POŁOŻNICZA
 tel. (22) 32-77-336

Data: 	Podpis i pieczętka Użytkownika
--	--------------------------------