

<b>Dane Wykonawcy:</b> Koperwas Grzegorz, Doradztwo, Szkolenia, Serwis Ul. Strzeszewskiego 17/36, 20 - 153 Lublin NIP 9222335332 Tel. 692916430, e-mail. serwis.koperws@wp.pl	<b>Dane Zamawiającego:</b> Szpital Matki i Dziecka w Warszawie
---	--

Dotyczy urządzeń:		
Nazwa/Model/Producent	S/N	Localizacja
1. Defektka fetusa płodu FDP-100	2021-D0853	Klinika Poligru
2. -II-	2021-D0854	-II-
3. Defektka fetusa płodu echo sounder ES-101EX 08120469		-II-
4. Videocatheter GIF-160	2419953	O/Hopid Jednego Dnia
5. Pompka infuzyjna Ducl 20/50	13168	Auek; Biał Poligru
6. -II-	14485	O/Neonatal
7. -II-	14486	-II-
8. Bronchofiberoskop Snuu x54cm	2207 505	Auek B. operac.
9.		
10.		
11.		
12.		

Typ usługi: PRZEGLĄD URZĄDZEŃ WRAZ Z KONSERWACJĄ

Zakres czynności:

- Okresowy przegląd techniczny i konserwacja urządzeń.
- Wykonano czynności przeglądowe i konserwacyjne.
  - Wykonano testy funkcjonalne: IDA-15 Fibre  
 Wynik końcowy przeprowadzonych testów: POZYTYWNY: dotyczy urządzenia: 1-8  
 NEGATYWNY: dotyczy urządzenia: -
  - Wykonano testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 - zastosowano narzędzie pomiarowe Rygiel Safe Test  
 Wynik końcowy przeprowadzonych testów: POZYTYWNY: dotyczy urządzenia: 1-8  
 NEGATYWNY: dotyczy urządzenia: -

Podsumowanie:

- Urządzenie spełnia warunki bezpieczeństwa elektrycznego, jest sprawne technicznie i bezpieczne w eksploatacji  
 dotyczy urządzenia: 1-8  
 Następny przegląd techniczny: 06.2024
  - Urządzenie jest sprawne technicznie i bezpieczne w eksploatacji  
 dotyczy urządzenia: 07R-1-00137-03-01  
 Następny przegląd techniczny: Instytut Matki i Dziecka - Szpital  
 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17 a  
 NIP: 525-000-84-71  
 Instytut Matki i Dziecka - Szpital  
 Rejon przedsiębiorstwa: 00280395-00038  
 dotyczy urządzenia: część V kodu: 30
  - Urządzenie niesprawne technicznie - naprawa w trakcie
  - Urządzenie niesprawne technicznie - zalecana kasacja
  - Uwagi/Zalecenia:
- Powyzsza usługa została wykonana z należytą starannością.
- Kom. Org.: Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia  
 część VIII kodu: 212 część VIII kodu: 4671  
 tel. (22) 32 77 450, (22) 32 77 050  
 Nr księgi rejestracji: 0000018560

Data:	Podpis i pieczęć Użytkownika:
Podpis i pieczęć Serwisanta:	Podpis i pieczęć Użytkownika: