

# Raport Serwisowy / Aplikacyjny



Nr zamówienia: ORD-0006739818

Nr klienta:	0043005481
Nazwa klienta:	Zakład Patomorfologii
Adres:	ul. Kasprzaka 17A
Kod pocztowy-Miasto:	01-211-Warszawa
Osoba kontaktowa:	Michał Morawski
Tel. kontaktowy:	+48223277434

## Opis czynności

Aparat:	IB-0000236569
Typ:	DISCOVERY XT MODULE
Numer seryjny:	713292
Zadania:	PM Visit
Lokalizacja:	ul. Kasprzaka 17A 01-211 Warszawa

## Zestawienie części zamiennych

Nr katalogowy	Nazwa części	Ilość
06919111001	KIT PM BENCHMARK UNIVERSAL SVC	1

## Zestawienie aktywności

Data	Typ usługi	Godz.
2017.01.11 09:45	Dojazd--Standardowy	0.5
2017.01.11 10:15	Robocizna--Standardowy	6.5
2017.01.11 16:45	Dojazd--Standardowy	0.5
	Razem	7.5

## Opis wykonanej pracy

Podłączenie i uruchomienie urządzenia. Wymiana filtrów zgodnie z procedurą PM. Przeprowadzenie dwóch dekontaminacji na aparacie. Aparat działa. Przeprowadzenie sprawdzenia Level 1 będzie możliwe dopiero gdy zostaną zakupione bufory i odczynniki.

Podpis lub pieczęć:

Użytkownik:  
Martyna Targońska

Data: 2017.01.11

Inżynier/Specjalista Aplikacyjny: Radosław ,  
Orszewski

Data: 2017.01.11

### Potwierdzenie wykonania usługi

Podpisując ten dokument:

- Inżynier/Specjalista Aplikacyjny Roche potwierdza, że wykonał wyżej wymienione usługi.

- Użytkownik potwierdza, że dokonał przeglądu przeprowadzonych zgodnie z opisem czynności, akceptuje system gotowy do użytku oraz nie zgłasza zastrzeżeń.

Regionalne Centrum Wsparcia Klienta  
Hotline: 0800 909 505, +48 22 481 54 54  
Fax: +48 22 481 55 95  
e-mail: polska.rcsc@roche.com