



Warszawa, dnia 19.04.2019 roku

Znak sprawy: **SZP.ZP.261-2/04/19**

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„DOSTAWA SZAF CHŁODNICZYCH NA LEKI”

Pytanie nr 1 – dot. części nr 1

Czy w sprawie SZP.ZP.261-2/04/19 - Dostawa szaf chłodniczych na leki Część I dopuszczają Państwo ofertę na szafy o następujących wymiarach w związku z zastosowaniem chłodzenia dynamicznego:

	Szafa szerokość 73 cm – drzwi otwierane	Szafa szerokość 140 cm – drzwi rozsuwane	Szafa szerokość 140 cm – drzwi otwierane	Szafa szerokość 160 cm – drzwi otwierane
Głębokość zewnątrzna szafy	75 cm	79 cm	75 cm	75 cm
Wysokość wnętrza szafy	147,5 cm	147,5 cm	147,5 cm	147,5 cm
Pojemność użytkowa szafy	558 litrów	1116 litrów	1116 litrów	1299 litrów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w wymiary.