



04-08-2026

Znak Sprawy: AE/DZI/SAM.6522.277.2026

Wyjaśnienia treści OPZ

Dotyczy: Świadczenie usług tj.: „Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów, monitorów medycznych i wykonanie pomiarów pól w diatermiach oraz w rezonansie magnetycznym dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” o wartości wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,

zwracamy się z żądaniem usunięcia zapisu w pkt. 5 Załącznika nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w brzmieniu: „Wykonawca, realizując usługi testów specjalistycznych, zobowiązany jest posiadać dostęp do oprogramowania serwisowego lub zapewnić obecność inżyniera serwisowego producenta.”

Powyższy wymóg nie znajduje odzwierciedlenia w żadnych przepisach prawa odnoszących się do wykonywania testów specjalistycznych urządzeń RTG i służy wyłącznie sztucznemu zawyżaniu kosztów usługi i wyprowadzaniu pieniędzy z publicznej jednostki. Do prawidłowego wykonania testów wymagany jest wyłącznie dostęp do standardowego trybu użytkownika w panelach kontrolnych przy urządzeniach RTG, co jasno sprecyzowano w RMZ z dnia 12 grudnia 2022 r. sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, Załącznik nr 1., p. 4). Dostęp do oprogramowania serwisowego czy też zapewnienie przy testach obecności inżyniera serwisowego jest całkowicie zbędne i służy – jak wskazaliśmy – tylko sztucznemu nabijaniu ceny usługi. Zapis ten prowadzi ponadto do faworyzowania tych wykonawców, którzy poza wykonywaniem usługi testów RTG wykonują również serwis aparatury i pozbycia się z postępowania niezależnych laboratoriów, niezwiązanych ze sprzedażą ani serwisem aparatury. Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskujemy jak na wstępie.

Niezależnie od powyższego, prosimy o udzielenie informacji publicznej kto personalnie odpowiada za umieszczeniu tego „wymogu” w specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do pakietów nr 1, 3 i 4 podtrzymuje dotychczasowy zapis dotyczący obowiązku zapewnienia przez Wykonawcę dostępu do oprogramowania serwisowego lub wsparcia inżyniera serwisowego producenta. Wymóg ten ma na celu zapewnienie możliwości niezwłocznej reakcji w przypadku nieprawidłowych wyników testów



specjalistycznych, ograniczenie przestojów aparatury oraz zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Wymóg ma charakter alternatywny i zostanie uznany za spełniony również w przypadku zapewnienia zdalnego wsparcia inżyniera serwisu, jeżeli producent urządzenia dopuszcza taką formę wsparcia.

W odniesieniu do pakietu nr 2 Zamawiający dokonuje zmiany pkt 5 Załącznika nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez wprowadzenie Załącznika nr 4a, zawierającego zmienioną treść pkt 5 dla Pakietu nr 2. Załącznik nr 4a obowiązuje wyłącznie w zakresie Pakietu nr 2 i zastępuje dotychczasową treść pkt 5 Załącznika nr 4.

Ponadto wniosek o udzielenie informacji publicznej zostanie rozpatrzony w trybie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę:

BYŁO:

PKT. 12:

Ofertę z dopiskiem „Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów, monitorów medycznych i wykonanie pomiarów pól w diatermiach oraz w rezonansie magnetycznym dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” należy złożyć w terminie **do 05.08.2026 r. do godz.: 9:00**, na adres e-mail: sekcjaaparatury@imid.med.pl

JEST:

Ofertę z dopiskiem „Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów, monitorów medycznych i wykonanie pomiarów pól w diatermiach oraz w rezonansie magnetycznym dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” należy złożyć w terminie **do 10.08.2026 r. do godz.: 9:00**, na adres e-mail: sekcjaaparatury@imid.med.pl

W imieniu Zamawiającego

 **Instytut
Matki i Dziecka**

Kierownik

Dorota Piasecka

/dokument podpisany elektronicznie/