



Warszawa, 19 kwietnia 2022 roku

A/DZI/SAM.230.3.2022


WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot.: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na dostawę lodówek i chłodziarek dla Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży o wartości wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129)

Dot: Część 3 Chłodziarka medyczna

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z wyświetlaczem LED, niebieskim, nie dotykowym, ale z przyciskami membranowymi, łatwymi w dezynfekcji i czyszczeniu, z wbudowanym rejestratorem temperatury z portem USB? Jak na zdjęciu –

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z wyświetlaczem LED, niebieskim, nie dotykowym, ale z przyciskami membranowymi, łatwymi w dezynfekcji i czyszczeniu, z wbudowanym rejestratorem temperatury z portem USB.



Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 642 mm? –

Odpowiedź nr 2: *Tak, Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o głębokości 642 mm.*

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z wnętrzem z ABS i obudową zewnętrzną ze stali malowanej na biało?

Odpowiedź nr 3: *Tak, Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z wnętrzem z ABS i obudową zewnętrzną ze stali malowanej na biało.*

Dot: Część 5 Lodówka transportowa

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści lodówkę o długości 694 mm?

Odpowiedź nr 4 : *Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.*

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści lodówkę o masie całkowitej z akumulatorem wynoszącej 14kg?

Odpowiedź nr 5: *Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.*

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści lodówkę w kolorze szaro-czarnym?

Odpowiedź nr 6: *Tak, Zamawiający dopuszcza lodówkę w kolorze szaro-czarnym.*

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści lodówkę z uchwytami do przenoszenia zamiast regulowanego paska? Nie spotkaliśmy się na rynku z lodówkami przenośnymi o pojemności powyżej 20l, które miałyby pasek na ramię. Takowy stosowany jest zwykle w dużo mniejszych pojemnościach.

Odpowiedź nr 7: *Zamawiający dopuszcza lodówkę z uchwytami do przenoszenia zamiast regulowanego paska.*

W imieniu zamawiającego

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Dział Zarządzania Infrastrukturą
Kierownik

Dorota Piasecka