



Warszawa, 20 kwietnia 2022 roku

A/DZI/SAM.230.3.2022

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO cz.2**

**Dot.: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na dostawę lodówek i chłodziarek dla Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży o wartości wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129)**

Dot. Pakietu nr 3:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 600 x 860 mm?

***Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 600 x 860 mm***

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem nastawy temperatury od +2C do +12C?

***Odpowiedź nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem nastawy temperatury od +2C do +12C.***

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga urządzenia sklasyfikowanego jako medyczne czy laboratoryjne? Urządzenia z laboratoryjne mają stawkę VAT 23% i służą do przechowywania leków, odczynników, szczepionek a medyczne mają stawkę VAT 8% i służą do przechowywania krwi i materiału biologicznego. Urządzenia medyczne są urządzeniami droższymi niż laboratoryjne zważywszy na certyfikację.

***Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że wymaga urządzenia sklasyfikowanego jako laboratoryjne służące do przechowywania leków.***

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami pełnymi ze stali nierdzewnej?

***Odpowiedź nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z półkami pełnymi ze stali nierdzewnej.***

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznego oświetlenia? W urządzeniach z pełnymi drzwiami nie stosuje się oświetlenia wewnętrznego.

***Odpowiedź nr 5: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.***

Pytanie nr 6: Prosimy Zamawiającego o urealnienie terminu dostawy i jego wydłużenie do 12 tygodni. Nasza prośba wynika z faktu znacznie przedłużających się terminów u producentów.  
**Odpowiedź nr 6: Zamawiający, informuje że wydłuża termin dostawy części 3 do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.**

Dot. Pakietu nr: 5

Pytanie nr 7: Chłodnicze urządzenia transportowe nie są sklasyfikowane jako medyczne. Są to urządzenia uniwersalne. Prosimy zatem Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, które nie jest sklasyfikowane jako medyczne, ale posiada certyfikat CE.

**Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje że dopuszcza urządzenia, które nie są sklasyfikowane jako medyczne, ale posiadają certyfikat CE**

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wymaga urządzenia o wadze 20,9?

**Odpowiedź nr 8: Nie, Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga urządzenia, którego waga wraz z akumulatorem wynosi do 12 kg.**

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: głębokość 694 mm, wysokość 407 mm, szerokość 398 mm?

**Odpowiedź nr 9: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o wymiarach: głębokość 694 mm, wysokość 407 mm, szerokość 398 mm tym samym podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.**

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie w kolorze szaro czarnym?

**Odpowiedź nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie w kolorze szaro-czarnym.**


Dot. pakietu nr 3 i 5:

Pytanie nr 11: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Nasza prośba wynika z utrudnień związanych z okresem.

**Odpowiedź nr 11: Zamawiający, nie wyraża zgody na złożenie dokumentów w formie elektronicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy sposobu przygotowania oferty określone w zaproszeniu do składania ofert w ramach zapytania ofertowego.**

W imieniu zamawiającego

INSTYTUT MATKI I DZIECKA  
Dział Zarządzania Infrastrukturą  
Kierownik



Dorota Piasecka