



Warszawa, 21 maja 2021 roku

A/DZI/ST.261.1.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert -znak **A/DZI/ST.261.1.2021** na:

Świadczenie usługi napełniania butli własnych gazami medycznymi wraz obsługą techniczną butli (legalizacja, wymiana zaworów) w okresie 36 miesięcy od daty podpisania nowej umowy-II.

Pytanie nr 1

Formularz asortymentowy – poz. 5

Czy pod pojęciem argon medyczny, Zamawiający rozumie gaz najwyższej jakości (czystość 5.0) z powrotem stosowany w procedurach medycznych, nie posiadający statusu wyrobu medycznego? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazu stosowanego w procedurach medycznych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza argon o czystości 5.0 jako równoważny z „argonem medycznym”

Uzupełnienie wyjaśnień SIWS.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, poświadczoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do składania ofert.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Dział Zarządzania Infrastruktura
Sekoja Techniczna
Główny Specjalista

Michał Gera

Wyjaśnienia treści SWZ zostały zamieszczone na platformie [Marketplanet OnePlace](#) link: