



Warszawa, 14 maja 2021 roku

A/DZI/ST.261.1.2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert – znak: A/DZI/ST.261.1.2021 na:

**Świadczenie usługi napełniania butli własnych gazami medycznymi wraz obsługą techniczną butli (legalizacja, wymiana zaworów) w okresie 36 miesięcy od daty podpisania nowej umowy.**

### Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia, w następującym zakresie:

- Zwrot butli po wymianie zaworu do 12 tygodni od daty odbioru od Zamawiającego (wszystkie rodzaje butli).
- Zwrot butli po legalizacji do 12 tygodni od daty odbioru od Zamawiającego (wszystkie rodzaje butli).

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający wydłuża termin przeznaczony na zwrot butli po wymianie zaworu do 21 dni kalendarzowych.

Zamawiający wydłuża termin przeznaczony na zwrot butli po dokonaniu legalizacji do 56 dni kalendarzowych.

### Pytanie nr 2

#### Formularz asortymentowy – poz. 5

Czy pod pojęciem argon medyczny, Zamawiający rozumie gaz najwyższej jakości (czystość 5.0) z powodzeniem stosowany w procedurach medycznych, nie posiadający statusu wyrobu medycznego? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazu stosowanego w procedurach medycznych.

### Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza argon o czystości 5.0 jako równoważny z „argonem medycznym”

### Pytanie nr 3

#### Terminu realizacji

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zwrot napełnionych butli w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru od Zamawiającego (dotyczy butle z tlenem medycznym)
- Zwrot napełnionych butli w terminie do 3 tygodni od daty odbioru od Zamawiającego (dotyczy pozostałe butle – gazy techniczne)

### Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu zwrotu butli z tlenem medycznym oraz z powietrzem syntetycznym z 10 dni kalendarzowych, od daty zabrania do napełniania.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu zwrotu butli z gazami technicznymi do 21 dni kalendarzowych, od daty zabrania do napełniania.

### Uzupełnienie wyjaśnień SWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, poświadczonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do składania ofert.

*Z-ca Przewodniczącego Komisji Konkursowej.*

INSTYTUT MATKI I DZIECKA  
Dział Zarządzania Infrastrukturą  
Sektora Techniczna  
Główny Specjalista  
  
Michał Gera