



Warszawa, 15 kwietnia 2016 roku

A/ZP/SZP.251-15/16

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-15/16 na dostawę:

„Strzykawek i igieł jednorazowego użytku”

Ze względu na sprzeczności jakie pojawiły się w odpowiedziach dot. zad. nr 2, 4 i 8 udzielonych na pytania Wykonawców w dniu 14.04.2016 r., Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania w celu doprecyzowania i ujednoczenia odpowiedzi.

Pytanie nr 1 - Dot. zad. nr 2

Czy oferowane strzykawki mają posiadać skalę rozszerzoną czy skalę nominalną (nie rozszerzoną)?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga strzykawek ze skalą rozszerzoną.

Pytanie nr 2 - Dot. zad. nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na strzykawki opisane w pytaniu nr 20, które nie są wpisane w menu pompy infuzyjnej ale działają poprawnie na programach innych strzykawek wpisanych menu pomp, oraz posiadają na cylindrze jedynie logo producenta, bez podanego typu strzykawki, ponieważ producent którego produkt chcemy zaoferować, ma w swojej ofercie jeden, uniwersalny rodzaj strzykawki, pasujący do wszystkich pomp infuzyjnych.

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Dot. zad. nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając różne długości komory kroplowej jaką mają posiadać oferowane przyrządy do przetaczania, zawsze miał na myśli długość komory w części przezroczystej, oraz że oferowany przyrząd ma posiadać dwukanałową, dwupłaszczyznowo ściętą igłę biorczą.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający ma na myśli długość komory kroplowej w części przezroczystej oraz dwukanałową, dwupłaszczyznowo ściętą igłę biorczą.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Eliza Szymczyk

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.

Sprostowanie do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 15 kwietnia 2016 r.