



Instytut Matki i Dziecka

Institute of Mother and Child

L'Institut de la Mère et de l'Enfant

Warszawa, 13 sierpnia 2018 roku

A/ZP/SZP.251-32/18

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-32/18 na dostawę:

„Rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem”

Zamawiający zmienia dokument *Zestawienie parametrów wymaganych, warunków gwarancji i serwisu* (Zał. nr 3 do SIWZ) w pkt 137 w następujący sposób: „**Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane \geq 50 cm.**” Modyfikowany dokument stanowi załącznik do zmiany treści SIWZ.

Zamiast:

137	Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane \geq 45 cm.	TAK, Podać [cm]		Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
-----	--	-----------------	--	---

Powinno być:

137	Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane \geq 50 cm.	TAK, Podać [cm]		Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie*
-----	--	-----------------	--	---

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Monika Bekiesińska-Figatowska

Zmiana treści SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 13 sierpnia 2018 r.