



Warszawa, 14 luty 2019 roku

A/ZP/SZP.261-13/19

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-13/19 na dostawę:

„Osobistych pomp insulinowych”

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę i zrezygnuje z zapisu w SIWZ **Część nr 3, Załącznik nr 2 do SIWZ** pkt. 7 **Wyposażenie dodatkowe do każdej pompy**

" Sensory do ciągłego monitorowania glikemii (dostarczane przy dostawie) 2 szt. do każdej pompy z transponderem" i usunie ten zapis z załącznika?

Informujemy, iż w dniu 31.01.2018 w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 281) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza wykaz wyrobów medycznych między innymi o produkty diabetologiczne takie jak: sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transponder/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie. Nowo brzmiący załącznik nr 2 do SIWZ (część nr 3) zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą „Załącznik nr 2 - zestawienie parametrów wymaganych - część nr 3 - po zmianie”.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę i zrezygnuje z zapisu w SIWZ **Część nr 3, Załącznik nr 2 do SIWZ** pkt. 8 **Wyposażenie dodatkowe do każdej pompy**

„1 transponder na 5 pomp” i usunie ten zapis z załącznika?

Informujemy, iż w dniu 31.01.2018 w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 281) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza wykaz wyrobów medycznych między innymi o produkty diabetologiczne takie jak: sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transponder/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie. Nowo brzmiący załącznik nr 2 do SIWZ (część nr 3) zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą „Załącznik nr 2 - zestawienie parametrów wymaganych - część nr 3 - po zmianie”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Siwek

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 14 lutego 2019 r.