



A/ZP/SZP.261-76/19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-76/19 na dostawę:

„CZUJNIKÓW SPO2 WRAZ Z UŻYCZENIEM URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW MONITORUJĄCYCH SATURACJĘ”

Pytanie 1

Pakiet 2 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO2 kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 2

Pakiet 2 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO2 kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 3

Pakiet 2 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO2 kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 4

Pakiet 2 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO₂.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO₂ kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 5

Pakiet 2 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO₂.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO₂ kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 6

Pakiet 2 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO₂.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO₂ kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 7

Pakiet 2 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO₂.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO₂ kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 8

Pakiet 2 Pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO₂.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO₂ kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 9

Pakiet 2 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO2 kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 10

Pakiet 2 Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Nihon Kohden. Nie każdy Nihon Kohden ma tą samą wtyczkę w czujnikach SpO2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników SpO2 kompatybilnych z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele BSM-6301K oraz BSM-1101.

Pytanie 11

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

ODPOWIEDŹ

Tak. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może przedstawić oświadczenie (załącznik nr 3b do SIWZ) razem z ofertą.

Pytanie 12

Część 2 Poz. 1-10

Prosimy o podanie modelu/ modeli aparatu Nihon Kohden, z którym/i mają współpracować czujniki i kable.

Prosimy o podanie w jakiej technologii mają pracować czujniki i kable.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania czujników i kabli, które mają współpracować z kardiomonitorami Nihon Kohden – modele: BSM-6301K oraz BSM-1101; pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Część 2 Poz. 1, 5

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów dorosłych, o wadze powyżej 50 kg.

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości min. 0,9 m

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza czujników przeznaczonych dla pacjentów dorosłych o wadze powyżej 50 kg. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników z kablem o długości min. 0,9 m.

Pytanie 14

Część 2 Poz. 2, 4

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 15 do 50 kg.

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości min. 0,9 m

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 15 do 50 kg. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników z kablem o długości min. 0,9 m.

Pytanie 15

Część 2 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości min. 0,9 m

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie w zakresie pozycji nr 3.

Pytanie 16

Część 2 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości min. 0,9 m

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie w zakresie pozycji nr 6.

Pytanie 17

Część 2 Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie czujników mocowanych za pomocą opaski samoprzylepnej przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg

Prosimy o dopuszczenie czujników piankowych dla pacjentów o wadze 3-40 kg

Prosimy o dopuszczenie czujników piankowych dla pacjentów o wadze 1-15 kg

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania, pozostawia zapisy bez zmian zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Część 2 Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości min. 0,45 m

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania, pozostawia zapisy bez zmian zgodnie z SIWZ.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Eliza Szymczyk

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 17 września 2019 r.